

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

12/02/2019

İlan No : 2019-02-719
İstem No : 46033
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : SARF MALZEME ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 15/02/2019 12:00:00

| S.No | Malzeme Açıklaması | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Tutar | Marka | UBB kodu | Tesl. Süresi (Gün) |
|------|--|--------|-------|-------------|--------------|-------|----------|--------------------|
| 1 | VAZELİN, KATI | 50 | Kg | | | | | |
| 2 | DREN, HEMOVAC, ÇİFTLİ, 12FR, 200-300CC | 200 | Adet | | | | | |

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TITUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TITUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.
- TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

VAZELİN, KATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Vazelin katı olmalıdır.
2. 500 gramlık paketlerde ambalajlanmış olmalıdır.
3. Kayganlaştırıcılık özelliği iyi kalitede olmalıdır.
4. Cilt ve dokuya toksik olmayacak, kokusu olmayacaktır.
5. Petroleum jelly içermelidir.
6. Kimyasal özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.
 - a. Görünümü şeffaf, yarı şeffaf, beyaz yağlı olmalıdır.
 - b. Yoğunluğu 60° de en az 0,820-0,825 olmalıdır.
 - c. Erime noktası 45-51 ° olmalıdır.
 - d. Penetrasyonu 25° de 170-190 olmalıdır.
 - e. Sülfür oranı maksimum %0.3 olmalıdır.
 - f. Ph'ı nötr olmalıdır.
 - g. Küf miktan maksimum %0.05 olmalıdır.
 - h. İndirgen maddesi olmamalıdır.
 - i. UV absorpsiyonu 209 mm² de 0.257 olmalıdır.

Uzm. Hemş. Müjde MORAN
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Hemşirelik Hizmeti Koordinatör Yard.

Uzm. Hems. Raziye Nürşen ÇAVDAR
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Bakım Birim Yardımcısı

DREN, HEMOVAC, ÇİFTLİ, 12FR TEKNİK ŞARTNAMESİ

Genel Cer -

1. Rezervuar, silikon şeffaf boru, kilit mekanizması ve konikal paslanmaz çelik iğneden oluşmalıdır. Bağlandığı rezervuarın hacmine göre 12FR, 200-300CC
2. Silikon borunun üzerinde uzaklık gösteren siyah renkli işaretler olmalıdır.
3. Drenin rezervuarının kurulabilmesi için dren içi havanın boşaltılmasını sağlayan valf mekanizması bulunmalıdır.

Musa Dirlik

Prof. Dr. Mustafa Musa DIRLIK
MEU Şiş. A.Ş. vs. Uyg. Mrk
Genel Cerrahi A.D
Dip. Tes. No: 4339 24773 26272

Aydemir Ölmez.

Prof. Dr. Aydemir ÖLMEZ
MEU Şiş. A.Ş. vs. Uyg. Mrk
Genel Cerrahi
Dip. Tes. No: 75217 - 88037