

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

25/06/2019

İlan No : 2019-06-2712
İstem No : 48323
Alım No :
Talep Eden Birim : Göğüs Hastalıkları / Göğüs Hastalıkları Polikliniği I
Konu : LABORATUVAR MALZEMESİ ALIMI

AA

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 27/06/2019 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KARIŞIM, CLADOSPORIUM	1	Adet					
2	OT KARIŞIMI, 12 ÇEŞİT	1	Adet					
3	TAHİL-POLEN KARIŞIM (4'LÜ)	1	Adet					
4	HUŞGİLLER	1	Adet					
5	ZEYTINGİLLER	1	Adet					
6	KANATLI HAYVAN KARIŞIMI (ÖRDEK ,KAZ, TAVUK TÜY KARIŞIMI)	1	Adet					
7	KEDİ EPİTELİ	1	Adet					
8	KÖPEK EPİTELİ	1	Adet					
9	OT, COMPOSITAE	1	Adet					
10	KAYINGİLLER	1	Adet					
11	İĞNE, PRİCK DERİ TESTİ, PLASTİK	1000	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TITUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

2. Kez Diyosya
Gırtlı mızık.

1-19 ALLERJEN SOLÜSYONLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Epidermal deri testi için kullanıma uygun olmalıdır.
- Yüksek standartta alerjenlerden oluşmalıdır.
- Cam ve damlalıklı şişelerde ambalajlanmış olmalıdır.
- +2/+8 °C'de muhafaza edilmiş olarak teslim edilmelidir.
- Steril olmalıdır.
- 80-100 test yapılabilir.

Doç. Dr. Eylem Serkan ÖZGE
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Göğüs Hastalıkları
Dış. No: 4936A/38829

Doç. Dr. Eylem Serkan ÖZGE
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Göğüs Hastalıkları
Dış. No: 4936A/38829

20. EPİDERMAL PRİCK DERİ TESTİ İĞNESİ (PLASTİK) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1 • İmmediat ve hassas prick testler için standardize edilmiş olmalı.
- 2 • Ucu prizmatik,1mm. deri ve derialtı dokusuna zarar vermeyecek şekilde imal edilmiş olmalı.
- 3 • Disposable, polymethacrylate'den yapılmış olmalı.
- 4 • Avrupa Birliği kalite belgesine (CE) sahip olmalı.
- 5 • İğneler gama radyasyonu ile sterilize edilmiş ve orijinal ambalajında olmalı.
- 6 • İğne ucunda standart 4 mikroskobik kanal bulunmalı.
- 7 • Her test solüsyonu deri altında standart ve tekrarlanabilir bir şekilde uygulanabilmeli.
- 8 • Ürünün verimliliği ve kullanım kolaylığı açısından bir tutma yeri bulunmalıdır.
- 9 • Ürün tecrübe yılı en az 5 yıl olmalıdır.
- 10 • En az üç yıl miatlı ve son kullanma tarihi ambalajın üzerinde bulunmalıdır.

Prof. Dr. Cengiz ÖZGE
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Göğüs Hastalıkları
Dip Tes. No: 49364/38829

Doç. Dr. Eylem Serean ÖZALP
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Göğüs Hastalıkları
Dip Tes. No: 07627/10772