

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

21/11/2019

İlan No : 2019-11-5116
İstem No : 50777
Alım No :
Talep Eden Birim : Patoloji / Patoloji
Konu : LABORATUVAR MALZEMESİ ALIMI



Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 25/11/2019 14:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ENTELLAN KAPAMA MADDESİ, 500ML	5000	ML					
2	BIÇAK, MİKROTOM, A35	1800	Adet					
3	LAMEL, 24MMX60MM	10000	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

LAM LAMEL YAPIŞTIRICISI (ENTELLAN)TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Patoloji laboratuvarında preparat kapatma işleminde yapıştırıcı olarak kullanıma uygun sentetik özellikte olmalıdır.
2. Orijinal ambalajında 500ml.lik cam şişelerde olmalıdır.
3. Ksilen esaslı ve berrak olmalıdır.
4. Akışkanlığı kapatma işlemin de probleme neden olmamalıdır.
5. Özellikleri laboratuvar şartlarında numune test edildikten sonra onay verilecektir.
6. Ürün son kullanma tarihi en az 18-24 ay olmalıdır.
7. Teslim edilen malzemelerin miadı dolduğu taktirde malzemeleri teslim eden firma yeni tarihli malzemelerle eskileri değiştirmekle mükelleftir.
8. Ürünün CE belgesi bulunmalıdır.
9. Kapatma işlemi sonrasında arşiv şartlarında antioksidan bileşimi ile boyanın solgunlaşması engellenmelidir.
10. Çabuk kurumalıdır.
11. Bölümümüzde kullanılan rutin boyama kapama cihazına uygun alınmalıdır
12. Malzeme laboratuvarımızda denendikten sonra uygunluk verilecektir.

Prof. Dr. Mehmet YALDIZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Tes. No.: 42634

Dr. Öğrt. Üyesi Feriye TUNALI
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Patoloji
Dip Tes. No: 104881-0857

elli

LAMEL TEKNİK ŞARTNAMESİ (24x60 mm)

1. 24x60 mm ebatlarında olmalıdır.
2. Işıđı kırmayan A kalite camdan yapılmıř olmalıdır.
3. Ürünü toz ve nemden koruyan ambalaj içersinde olmalıdır.
4. Saydam olacak ve rengi yeřile kaymayacaktır.
5. Üretici firma ve ürün bilgisi kutu üzerinde belirtilmelidir.
6. İstekli firmalar ürün numunelerini laboratuvarımıza getirmelidir.
7. Uygunluđuna laboratuvarımızda test edildikten sonra karar verilecektir

Prof. Dr. Mehmet YALDIZ
MEÜ Sađlık Arařtırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
No. Tes. No.: 420340


Dr. Öğrt. u.
MEÜ Sađlık
ve Uygulama
Tıbbi E-
Din Tes.

111

MİKROTOM BIÇAĞI ŞARTNAMESİ

- 1.Patoloji laboratuvarında rutin çalışmalarda parafin blok yapılmış doku örneklerinin kesilmesi için kullanılacaktır. Tek kullanım özelliğinde olmalıdır.
- 2.50 adetlik orijinal ambalajda olmalıdır.
- 3.Kesme açısı 35 derece olacaktır. Yüksek kalitede ince kesitler için bıçak keskinliği uygun olacaktır. Tek bir bıçak ile en az 30 adet blok kesilecek kalitede olmalıdır.
- 4.Kullanılan metal paslanmaz özellikte olmalıdır. Kullandığımız mikrotom cihazları ile uyumlu ve üzerindeki bıçak tutucusuna uygun boyutlarda olmalıdır.
- 5.Fonksiyonu hastanemiz patoloji laboratuvarında numune getirilerek test edilecek ve uygunluğuna karar verilecektir.
- 6.Sert doku için N35, rutin kesit için S35 gibi kodlarla verilmelidir.
- 7.Uluslar arası standartlara uygunluğu belgelenmelidir.
- 8.Her bıçağın üzerinde üretici firmanın logosu bulunmalıdır.

Prof. Dr. Mehmet YALDIZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Dip. Tes. No : 42634



Dr. Jyesi F
Sağlık
Uygulama
Merkezi
Patoloji
Dip. Tes. No : 104

