

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

20/02/2020

İlan No : 2020-02-906
İstem No : 52580
Alım No :
Talep Eden Birim : Laboratuvar / Seroloji
Konu : LABORATUVAR MALZEMESİ ALIMI

AA

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 24/02/2020 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	RUBELLA, IGG	300	Test					
2	HAV IGM	700	Test					
3	HBC IGM	800	Test					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- Tekliflerin yazılı olması,
- İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi **emli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma ilan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait lifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- emli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- emli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

DELİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI DİR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

at Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
t opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

ar ÇUKUR
me Müdür Yrd.

T : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

TEKNİK ŞARTNAME

1. HAV IGM;


1. Kit barkodlu olup, cihazın lazer-barkod okuyucusu tarafından tanınabilecektir.
2. Kit cihaz üzerinde en az 70 saat kalabilmelidir.
3. Kitler teslim edildiği tarihte en az 6 (altı) ay miadlı olacaktır.
4. Cihaz kaynaklı kit kayıpları firma tarafından ücretsiz olarak karşılanmalıdır.
5. Test laboratuvarımızda bulunan (ECLIA) electro kemiluminesans yöntemi ile çalışan cihaz ile uyumlu olmalıdır.


2. HBC IGM;

1. Kit barkodlu olup, cihazın lazer-barkod okuyucusu tarafından tanınabilecektir.
2. Kit cihaz üzerinde en az 70 saat kalabilmelidir.
3. Kitler teslim edildiği tarihte en az 6 (altı) ay miadlı olacaktır.
4. Cihaz kaynaklı kit kayıpları firma tarafından ücretsiz olarak karşılanmalıdır.
5. Test laboratuvarımızda bulunan (ECLIA) electro kemiluminesans yöntemi ile çalışan cihaz ile uyumlu olmalıdır.

3. RUBELLA IGG;

1. Kit barkodlu olup, cihazın lazer-barkod okuyucusu tarafından tanınabilecektir.
2. Kit cihaz üzerinde en az 70 saat kalabilmelidir.
3. Test serum veya plazma, örneklerinden çalışılabilir.
4. Kitlerin çalışabilmesi için gerekli her türlü sarf malzeme firma tarafından ücretsiz olarak temin edilmelidir.
5. Cihaz kaynaklı kit kayıpları firma tarafından ücretsiz olarak karşılanmalıdır.
6. Test laboratuvarımızda bulunan (ECLIA) electro kemiluminesans yöntemi ile çalışan cihaz ile uyumlu olmalıdır.


T.C. Sağlık Bakanlığı
Etiyopya Büyükelçiliği
Laboratuvar Birimi
Etiler, Beşiktaş/İstanbul


T.C. Sağlık Bakanlığı
Etiyopya Büyükelçiliği
Laboratuvar Birimi
Etiler, Beşiktaş/İstanbul