

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  
DÖNER SERMAYE İŞLETME  
TEKLİF İSTEME FORMU

20/02/2020

İlan No : 2020-02-878  
İstem No : 52649  
Alım No :  
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis  
Konu : YEDEK PARÇA ALIMI

67

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 24/02/2020 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	GİDER PİSTON VALFİ, OTOKLAV CİHAZI İÇİN	1	Adet					
2	KURUTMA MOTORU, YIKAMA CİHAZI İÇİN	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

**Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

**TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 -22570-22571  
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR  
Hastane Müdür Yrd.

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**

### KURUTMA ÜNİTESİ MOTORU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Motor, BELİMED marka WD 200 model cerrahi alet yıkama cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2-Motor, orijinal ambalaj paketinde olmalıdır.
- 3-Motor, en az 6(Altı) ay üretici ve yetkili firma garantisinde olmalıdır.
- 4-Motor CE(Güvenlik) şartlarına uyumlu olmalıdır.

### GİDER PİSTONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Piston, BELİMED marka 6-6-12 model otoklav cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2-Piston, yüksek basınç ve ısıya karşı duyarlı olmalıdır.
- 3-Piston, orijinal ambalaj paketinde olmalıdır.
- 4-Piston, en az 6(Altı) ay üretici ve yetkili firma garantisinde olmalıdır.
- 5-Piston, CE(Güvenlik) şartlarına uyumlu olmalıdır.

**Selman ÖCAL**  
MEÜ Sağlık Araştırma  
ve Uygulama Merkezi  
Biyomedikal Tekniker

**Kayhan DİKMEN**  
MEÜ Sağlık Araştırma  
ve Uygulama Merkezi