

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  
DÖNER SERMAYE İŞLETME  
TEKLİF İSTEME FORMU

13/03/2020

İlan No : 2020-03-1214  
İstem No : 52909  
Alım No :  
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama  
Konu : SARF MALZEME ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 17/03/2020 12:00:00

| S.No | Malzeme Açıklaması                        | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Tutar | Marka | UBB kodu | Tesl. Süresi (Gün) |
|------|---|--------|-------|-------------|--------------|-------|----------|--------------------|
| 1    | SONDA, FOLEY, SİLİKON, 2 YOLLU, NO:06     | 20     | Adet  |             |              |       |          |                    |
| 2    | SONDA, FOLEY, SİLİKON, 2 YOLLU, NO:08     | 50     | Adet  |             |              |       |          |                    |
| 3    | SONDA, FOLEY, SİLİKON, 2 YOLLU, NO:12     | 70     | Adet  |             |              |       |          |                    |
| 4    | SONDA, FOLEY, SİLİKOLATEX, 2 YOLLU, NO:6  | 40     | Adet  |             |              |       |          |                    |
| 5    | SONDA, FOLEY, SİLİKOLATEX, 2 YOLLU, NO:8  | 50     | Adet  |             |              |       |          |                    |
| 6    | SONDA, FOLEY, SİLİKOLATEX, 2 YOLLU, NO:10 | 75     | Adet  |             |              |       |          |                    |
| 7    | SONDA, FOLEY, SİLİKOLATEX, 2 YOLLU, NO:14 | 370    | Adet  |             |              |       |          |                    |
| 8    | SONDA, FOLEY, SİLİKOLATEX, 2 YOLLU, NO:16 | 1400   | Adet  |             |              |       |          |                    |
| 9    | SONDA, FOLEY, SİLİKOLATEX, 2 YOLLU, NO:20 | 150    | Adet  |             |              |       |          |                    |
| 10   | SONDA, FOLEY, SİLİKOLATEX, 3 YOLLU, NO:20 | 70     | Adet  |             |              |       |          |                    |

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

**TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571  
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR  
Hastane Müdür Yrd.

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**

Caner Ceran

## GENEL SARTLAR

Ürünler tekli steril ambalajlarda ve bu ambalajlar üzerinde; basit sarf malzemeler için son kullanma tarihi ve sterilizasyon yöntemi; aktif tıbbi malzemeler için, son kullanma tarihi ve parti/lot veya seri numarası içinde üretim tarihi, sterilizasyon yöntemi olmalı, ürünlere ait kullanım kılavuzlarında Türkçe bölümü de bulunmalıdır.

### 1-2. SONDA, FOLEY, SİLİKON, 2 YOLLU, TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ayrı bir lümeninden check valf mekanizmalı şişirilebilen 1-3 cc'lik balona sahip olmalıdır.
2. Sondaların uzunluğu en az 25cm olmalıdır.
3. Üretra ve mesane için iritan olmayan %100 silikon malzemeden üretilmiş olmalıdır.
4. Steril iç içe bağımsız olarak açılabilen iki ayrı paketin içinde kullanıma hazır olarak verilmelidir.
5. Uygulama sırasında kolaylık sağlamak üzere sert plastik mandrene sahip olmalıdır.
6. Standart idrar toplama torbalarına uyumlu olmalıdır.
7. Apirojen olmalıdır.
8. Radyopak çizgisi ve plastik luer-lock valfi olmalıdır.

**Dr. Öğr. Üyesi İsa KILLI**  
MEÜ Sağlık Araştırma  
ve Uygulama Merkez  
Çocuk Cerrahisi A.D.  
Dip. Tes. No: 113992

**Yrd. Doç. Dr. Caner İSBİR**  
MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama  
Merkezi Çocuk Cerrahisi A.D.  
Dip. Tes. No: 134299 Zmr. Tes. No: 103143

**Doç. Dr. Alihan TAŞKINLAR**  
MEÜ Sağlık Araştırma  
ve Uygulama Merkez  
Çocuk Cerrahisi A.D.

## GENEL ŞARTLAR

Ürünler tekli steril ambalajlarda ve bu ambalajlar üzerinde; basit sarf malzemeler için son kullanma tarihi ve sterilizasyon yöntemi; aktif tıbbi malzemeler için, son kullanma tarihi ve parti/lot veya seri numarası içinde üretim tarihi, sterilizasyon yöntemi olmalı, ürünlere ait kullanım kılavuzlarında Türkçe bölümü de bulunmalıdır.

### 3- SONDA, FOLEY, SİLİKON, 2 YOLLU, TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ayrı bir lümeden check valf mekanizmalı şişirilebilen 1-3 cc'lik balona sahip olmalıdır.
2. Üretra ve mesane için iritan olmayan %100 silikon malzemeden üretilmiş olmalıdır.
3. Steril iç içe bağımsız olarak açılabilen iki ayrı paketin içinde kullanıma hazır olarak verilmelidir.
4. Uygulama sırasında kolaylık sağlamak üzere sert plastik mandrene sahip olmalıdır.
5. Standart idrar toplama torbalarına uyumlu olmalıdır.
6. Apirojen olmalıdır.
7. Radyopak çizgisi ve plastik luer-llock valfi olmalıdır.
8. Sondaların uzunluğu  $40\pm 2$  olmalıdır.

**Doç.Dr. Mesut TEK**  
MEÜ Sağlık Araştırma  
ve Uygulama Merkezi  
Üroloji  
Dip. Tes. No: 107411



## GENEL ŞARTLAR

Ürünler tekli steril ambalajlarda ve bu ambalajlar üzerinde; basit sarf malzemeler için son kullanma tarihi ve sterilizasyon yöntemi; aktif tıbbi malzemeler için, son kullanma tarihi ve parti/lot veya seri numarası içinde üretim tarihi, sterilizasyon yöntemi olmalı, ürünlere ait kullanım kılavuzlarında Türkçe bölümü de bulunmalıdır.

### 4-a. SONDA, FOLEY, SİLİKOLATEX, 2 YOLLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün %100 silikolateks malzemeden üretilmiş, düz uçlu ve iki yollu olmalıdır.
2. Radyopak çizgisi ve plastik luer-lock valfi olmalıdır.
3. Kateter uzunluğu  $42 \pm 4$ cm olmalıdır.
4. Travma oluşturmayacak yumuşaklıkta olmalıdır.
5. Standart idrar toplama torbasına uygun olmalıdır.

**Doç.Dr. Mesut TEK**  
MEÜ Sağlık Araştırma  
ve Uygulama Merkezi  
Üroloji  
Dip. Tes. No: 107411

**Dr. Mesut TEK**  
MEÜ Sağlık Araştırma  
ve Uygulama Merkezi  
Üroloji  
Dip. Tes. No: 107411

**GENEL ŞARTLAR**

Ürünler tekli steril ambalajlarda ve bu ambalajlar üzerinde; basit sarf malzemeler için son kullanma tarihi ve sterilizasyon yöntemi; aktif tıbbi malzemeler için, son kullanma tarihi ve parti/lot veya seri numarası içinde üretim tarihi, sterilizasyon yöntemi olmalı, ürünlere ait kullanım kılavuzlarında Türkçe bölümü de bulunmalıdır.

**10-SONDA, FOLEY, SİLİKOLATEX, 3 YOLLU TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Ürün %100 silikolateks malzemeden üretilmiş, düz uçlu ve üç yollu olmalıdır.
2. Radyopak çizgisi ve plastik luer-lock valfi olmalıdır.
3. Kateter uzunluğu  $42 \pm 4$ cm olmalıdır.
4. Travma oluşturmayacak yumuşaklıkta olmalıdır.
5. Standart idrar toplama torbasına uygun olmalıdır.

**Doç. Dr. Mesut T.**  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Üroloji  
Dip. Tes. No.: 107411

**Prof. Dr. Erdem AKDAY**  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Üroloji A.D.  
Dip. Tes. No.: 107411