

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

12/01/2018

İlan No : 2018-01-186
İstem No : 36437
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Dahili Yoğun Bakım
Konu : SARF MALZEME ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 15/01/2018 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	SATURASYON PROBU, REUSABLE, YETİŞKİN, NİHON KOHDEN MARKA CİHAZA UYUMLU	15	Adet					
2	TANSİYON MANŞONU, REUSABLE, YETİŞKİN, MEDIUM, NİHON KOHDEN MARKA CİHAZA UYUMLU	15	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.


NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

1.SATURASYON PROBU, REUSABLE, YETİŞKİN, NİHON KOHDEN MARKA CİHAZA UYUMLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilen Saturasyon probu kurumumuzda kullanılan Nihon Kohden marka hastabaşı monitörde kullanım için uyumlu olmalıdır.
2. Teklif edilen probun bağlantı soketi cihazın SPO2 ara bağlantı kablosuyla uyumlu olmalıdır.
3. Teklif edilen SPO2 probu su geçirmez yapıda olmalıdır.
4. Teklif edilen SPO2 probu sıvı dezenfektanlarla dezenfekte edilip tekrar kullanıma uygun olmalıdır.
5. Teklif edilen SPO2probu parmağı sıkmayacak ve konfor sağlayacak yapıda olmalıdır.

2. TANSİYON MANŞONU, REUSABLE, YETİŞKİN (MEDIUM) NİHON KOHDEN MARKA CİHAZA UYUMLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kurumumuzda mevcut NİHON KOHDEN marka 2000, 3000, 6000 serisi model cihazlarda kullanılabilir özellikte olmalıdır.
2. Manşon takıp çıkarma işleminde kolay ve portatif olmalıdır.


Prof. Dr. Osman ÖZDOĞAN
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
İç Hast. ve Gastroenteroloji
Dip. Tes. No... 10213


Prof. Dr. Emin ALTINTAŞ
İç Hastalıkları Gastroenteroloji Uzmanı
Dip. Tes. No... 10040 / 00407