

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

12/01/2018

İlan No : 2018-01-174
İstem No : 36439
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Dahili Yoğun Bakım
Konu : SARF MALZEME ALIMI

AE

Talep Edilen Hasta :
Son Teslim Tarihi & Saat : 16/01/2018 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	EKSPİRASYON VALFİ, PORTABLE VENTİLATÖR İÇİN, DRG	1	Adet					
2	HASTA DEVRESİ, TRANSPORT VENTİLATÖR İÇİN REUSABLE	1	Adet					
3	AKIŞ SENSÖRÜ, PORTABLE VENTİLATÖR İÇİN, DRG	1	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur,Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

Transport Ventilatör Hasta Devresi Teknik Şartnamesi

1. Serviste kullanılan transport ventilatör ile kullanıma uygun olmalıdır.
2. Hasta devresi 134 derecede otoklav edilebilir yapıda çok kullanımlık olmalıdır.
3. Hasta devresi silikon yapıda olmalıdır.
4. Hortumlar şeffaf olmalı ve kink olmasını engelleyecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
5. Hasta devresi 1(bir) adet 150 cm yetişkin hortum ve 2 (iki) adet ölçüm hortumu tek bir paket içerisinde oluşmalıdır.
7. Hortumların takma ve çıkartma esnasında yıpranmasını engellemek için long sleeve tarzında olmalıdır.
8. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır

Ekspirasyon Valfi Teknik Şartnamesi

1. Serviste kullanılan transport ventilatör ile kullanıma uygun olmalıdır.
2. Ekspirasyon valfi çok kullanımlık olmalıdır.
3. Ekspirasyon valfi ventilatördeki aktif valf sistemine uygun olmalıdır.
4. Kapak, membran ve valften oluşmalıdır.
5. Ekspirasyon valfi ventilatör cihazı ile yapılan kaçak ve rezistans testlerinden geçebilmelidir.
6. Teklif verecek firmaların ve üretici firmanın ISO belgesi olmalıdır.
7. Ürünün ambalaj etiketi üzerinde ürünün adı ve kodu bulunmalıdır.
8. Ürün CE belgesine sahip olmalıdır.

Transport Ventilator Akış Sensörü Teknik Şartnamesi

1. Serviste kullanılan transport ventilatör ile kullanıma uygun olmalıdır.
2. Sensör basınç farkı prensibi ile çalışmalıdır.
3. Sensör çok kullanımlık olmalıdır.
4. Teklif verecek firmaların ve üretici firmanın ISO belgesi olmalıdır.
5. Ürün CE belgesine sahip olmalıdır.


Yrd. Doç. Dr. Osman ÖZDOĞAN
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
İç Hast. ve Gastroenteroloji
Dip. Tes. No... 10213


Prof. Dr. Mustafa Zeynel Abidin
İç Hast. ve Gastroenteroloji Uzmanı
Dip. Tes. No... 10213