

T.C.  
**MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ**  
**DÖNER SERMAYE İŞLETME**  
**TEKLİF İSTEME FORMU**

12/01/2018

İlan No : 2018-01-179  
İstem No : 36475  
Alım No :  
Talep Eden Birim : Üroloji / Üroloji Servisi  
Konu : SARF MALZEME ALIMLI

45

Talep Edilen Hasta :

**Son Teslim Tarihi & Saat : 16/01/2018 17:00:00**

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KATETER, SINGLE J, 4.8FR	15	Adet					
2	GUIDE WIRE, ZEBRA, DÜZ, 0.035", 150CM	10	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
  - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
  - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
  - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
  - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
  - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
  - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
  - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
  - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur,Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TITUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TITUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

**TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**


İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571  
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR  
Hastane Müdür Yrd.

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**

## GUIDE WIRE, ZEBRA, DÜZ, 0.035",150CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Nitinol gövdeli olmalıdır.
2. Kırılmayan, platinum uçlu olmalıdır.
3. Üzeri endoskopik görüntü altında tel hareketlerinin görülmesini mümkün kılan mavi-beyaz çizgili olmalıdır.
4. Distal 60cm. sürtünmeyi azaltan Z- glide kaplı olmalıdır.
5. 035", ya da .038" , 150cm uzunluğunda olmalıdır.
6. Düz ya da açılı uçlu, 3cm lik ucu esnek olmalıdır.
7. Telin ucunun kontrollü manipulasyonunu sağlayan torque vise ile birlikte verilmelidir.

  
Yrd. Doç. Dr. Mesut TEK  
MEÜ. Sağlık Araştırma  
ve Uygulama Merkezi  
Üroloji  
Dip. Tes. No: 107411

  
Prof. Dr. Erdem AKBAY  
MEÜ. Sağlık Araştırma  
ve Uygulama Merkezi  
Üroloji A.D.  
Dip. Tes. No.: 20216-37069

## KATETER, SINGLE J SİLİKON 4,8 FR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Ürün %100 SİLİKON'dan imal edilmelidir.
- Vücutta 12 ay kalabilmelidir.
- Stentin ucu "O" şeklinde olmalıdır.
- Üzerinde her 5cm'de bir cm çizgileri olmalıdır.
- Bir ucu açık bir ucu kapalı (A/K) olmalıdır.
- Şeffaf kılıfı içinde dış yüzeyi PTFE kaplı 0,035 inc 150 cm uzunluğunda kılavuz tel olmalıdır.
- Polyamide materyalden üretilmiş, 40 cm uzunluğunda Kilitli – düğmeli sistem iticisi (connectable pusher) olmalıdır.
- 4,8FR kalınlıkta olmalıdır.
- Radyoopak olmalıdır.
- Setin tüm parçaları ayrı paketlenmiş ve sonra hepsi steril olarak paketlenmiş olmalıdır.
- Raf ömrü 5 yıl olmalıdır.
- Her kutuda bir adet bulunmalıdır.



Prof. Dr. Erdem AKBAY  
MEÜ Sağlık Araştırma  
ve Uygulama Merkezi  
Üroloji A.D.  
Dip. Tes. No.: 26218-37059

