

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

12/01/2018

İlan No : 2018-01-194
İstem No : 36479
Alım No :
Talep Eden Birim : Üroloji / Üroloji Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 16/01/2018 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Test. Süresi (Gün)
1	ÜRETERAL ACCES KILIFLARI, 11F-13F	10	Adet					
2	ÜRETERAL ACCES KILIFLARI, 13FR-15FR	10	Adet					
3	ÜRETERAL ACCES KILIFLARI, 9.5FR-11.5FR	10	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.


İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

ÜRETERAL ACCES KILIFLARI 13-15 FR TEKNİK ŞARTNAME

1. Kalınlığı 13/15fr olmalıdır
2. 28 ile 46 cm aralığında farklı uzunluklarda olmalıdır.
3. Katlanmaya dirençli sheath; rapyopak materyalden yapılmış ve hidrofilik kaplamalı olmalıdır.
4. Ucunda ayrıca rapyopak markeri olmalıdır.
5. Tek elle kullanılmasına imkan veren mandal mekanizması olmalıdır.
6. Ucu inceltilmiş atravmatik yapıda olmalıdır.


Yrd. Doc. Dr. Mesut TEK
MEÜ. Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Uroloji
Dip. Tes. No: 107411


Prof. Dr. Erdem AKBAY
MEÜ. Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Uroloji A.D.
Dip. Tes. No: 20216-37099

ÜRETERAL ACCES KILIFLARI 11-13 FR TEKNİK ŞARTNAME

1. Kalınlığı 11/13 fr olmalıdır
2. 28 ile 46 cm aralığında farklı uzunluklarda olmalıdır.
3. Katlanmaya dirençli sheath; rapyopak materyalden yapılmış ve hidrofilik kaplamalı olmalıdır.
4. Ucunda ayrıca rapyopak markerı olmalıdır.
5. Tek elle kullanılmasına imkan veren mandal mekanizması olmalıdır.
6. Ucu inceltilmiş atravmatik yapıda olmalıdır.

Yrd. Doç. Dr. Mesut TEK
MEÜ. Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Üroloji
Dip. Tes. No: 107411

Prof. Dr. Erdem AKBAY
MEÜ. Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Üroloji A.D.
Dip. Tes. No.: 28216-37059

ÜRETERAL ACCES KILIFLARI 9.5-11.5 FR TEKNİK ŞARTNAME

1. Kalınlığı 9.5-11.5 fr olmalıdır
2. 28 ile 46 cm aralığında farklı uzunluklarda olmalıdır.
3. Katlanmaya dirençli sheath; rapyopak materyalden yapılmış ve hidrofilik kaplamalı olmalıdır.
4. Ucunda ayrıca rapyopak markerı olmalıdır.
5. Tek elle kullanılmasına imkan veren mandal mekanizması olmalıdır.
6. Ucu inceltilmiş atravmatik yapıda olmalıdır.

Yrd. Doç. Dr. Mesut TEK
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Üroloji
Dip. Tes. No: 107411

Prof. Dr. Erdem AYVAZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Üroloji A.D.
Dip. Tes. No: 22218