

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

12/01/2018

İlan No : 2018-01-198
İstem No : 36494
Alım No :
Talep Eden Birim : Üroloji / Üroloji Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIMI

HS

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 16/01/2018 17:00:00

| S.No | Malzeme Açıklaması | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Tutar | Marka | UBB kodu | Tesl. Süresi (Gün) |
|------|--|--------|-------|-------------|--------------|-------|----------|--------------------|
| 1 | GUIDE WIRE, AMPLATZ, SÜPER STIFF, 0.035", 135CM-150CM | 20 | Adet | | | | | |
| 2 | GUIDE WIRE, HİDROFİLİK, DUAL FLEX SENSÖR. 0.035, 135CM-150CM | 20 | Adet | | | | | |

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

GUIDE WIRE AMPLATZ, SUPERSTIFF, 0.035" 135-150 CM TEKNİK ŞARTNAMESİ


1. Kıvrımlı anatomilerde daha kolay geçişe imkan sağlamak üzere daha kuvvetli yapıda olan amplatz super stiff dizaynında ve ilerleme kolaylığı sağlayan Teflon kaplı ve mavi renkli olmalıdır.
2. İç göbek kısmı daha güvenli bir şekilde yerleştirmeye imkan vermek üzere, distal uca doğru incelerek gelen atravmatik yapıda olmalıdır.
3. 0.35" ya da .038" kalınlığında ve 145cm uzunluğunda olmalıdır.
4. Uç seçenekli olarak: düz uçlu, 3mm 'J' uçlu ya da en az 6 cm.si esnek Bentson-tip seçenekleri olmalıdır.

Yrd. Doç. Dr. Mesut TEK
MEÜ. Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Uroloji
Dip. Tes. No: 107411

Prof. Dr. Erdem AKBAY
MEÜ. Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Uroloji A.D.
Dip. Tes. No: 23216-37069

**GUIDE WIRE, HİDROFİLİK, DUAL FLEX SENSÖR, 0.035, 135-150 CM
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1- Gövdesi nitinolden yapılmış olmalıdır.
- 2- PTFE kaplı olmalıdır
- 3- 0.35" ya da 0.38" kalınlığında, 150cm uzunluğunda olmalıdır.
- 4- Düz uçlu, 3cm'lik ucu esnek olmalıdır.
- 5- Ayrıca telin Proksimal ucunda, Flexible URS ile kullanıma imkan vermesi için, 10 cm.lik esnek bir bölüm daha bulunmalıdır.
- 6- İlk 5cm lik kısmı hidrofilik ve uç kısmı tungstenle radyopaklaştırılmış olmalıdır.
- 7- Sadece ilk 5 cm.lik kısım hidrofilik olmalıdır.
- 8- Gövdesi mavi, hidrofilik olan uç kısmı siyah renkli olmalıdır.



Prof. Dr. Erdem AKBAY
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Uroloji A.D.
Tic. Sic. No.: 26216-37059