

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

12/01/2018

İlan No : 2018-01-178
İstem No : 36599
Alım No :
Talep Eden Birim : Hemodiyaliz / Hemodiyaliz A Odası
Konu : SARF MALZEME ALIM

AE

Talep Edilen Hasta :
Son Teslim Tarihi & Saat : 16/01/2018 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	DEZENFEKTAN, HEMODİYALİZ	50	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur,Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

DEZENFEKTAN HEMODİYALİZ CİHAZI İÇİN PERASETİK ASİTLİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hemodiyaliz cihazlarında temizlik, soğuk dezenfeksiyon, dekalsifikasyon, inorganik ve organik artıkların uzaklaştırılması amacıyla kullanılır olmalıdır.
2. Ürün konsantre sıvı formda, berrak, temiz, renksiz ve karakteristik rahatsız etmeyen kokulu olmalıdır. İçerisinde tortu bulunmamalıdır. Ürün hemodiyaliz cihazlarının otomatik sulandırmasına uygun konsantrasyonda olmalıdır.
3. Ürün stabil olmalı; stabilitesi test şartlarıyla kontrol edilebilir olmalıdır. Tedarikçi firma kontrol amacıyla yeterli test şeridi tedarik etmelidir.
4. Ürün perasetik asit içermeli; katyonik ve anyonik aktif maddeler, fenol ve klor bileşikleri, aldehid türevlerini içermemelidir.
5. Kullanım şekli: Fresenius 4008 S ve B serisi cihazlarda, 1. dezenfeksiyon/sterilizasyon programında, 37 C°'de 10 dakikada dezenfeksiyon (D) ve dekalsifikasyon yapabilmelidir.
6. Ürün, 5 Litre net hacimde, HDPE bidonlara doldurulmuş olmalıdır. Ürün ambalajları, hava ve sıvı sızdırmayacak şekilde kapatılmış olmalıdır.
7. Ürünün konulduğu ambalajın ağız yapısı DIN 51 normuna göre üretilmiş olmalı ve cihazla uyumlu olmalıdır.
8. Ürünün son kullanma tarihi kapak açıldıktan sonra 2 ay; kapak açılmadan 2 sene olmalıdır.
9. Ürünler, depolamanın kolay olması için dayanıklı kolilere konmuş olmalıdır. Üst üste beş koli rahatlıkla konabilmelidir. Kolilerde 4 adet bidon bulunmalıdır

Halil Rahman EREN
Diyaliz Teknikleri

Prof. Dr. Ahmet A. KIVILIM
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
İç Hastalıkları-Neftroloji
Dip. Tes. No: 88744

9

