

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

12/01/2018

İlan No : 2018-01-189
İstem No : 36602
Alım No :
Talep Eden Birim : Ameliyathane / Merkez Ameliyathane
Konu : YEDEK PARÇA ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 15/01/2018 12:00:00

| S.No | Malzeme Açıklaması | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Tutar | Marka | UBB kodu | Tesl. Süresi (Gün) |
|------|--|--------|-------|-------------|--------------|-------|----------|--------------------|
| 1 | KABLO, ARA BAĞLANTI, KOTER PLAĞI, REUSABLE | 15 | Adet | | | | | |

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

REUSABLE KOTER PLAĐI ARA KABLOSU

- 1 - Ürün reusable olmalıdır.
- 2 - Kablo, koter cihazı ile birlikte kullanılacak olan disposable koter plađı arasındaki bađlantıyı sađlamalıdır.
- 3 - Ameliyathanemizde kullanıla Covidyen ve Petaş marka koter cihazlarıyla uyumlu olmalıdır
- 4 - Kablonun koter plađı ile bađlantıyı sađladığı tutaç kısmı klemp şeklinde olmalıdır.
- 5 - Kablo çiftli (split) koter plakları ile kullanılabilmelidir.
- 6 - Kablonun uzunluđu en az 4,5 metre olmalıdır.
- 7 - Ürünün Buhar ve Etilen Oksit ile sterilizasyonu yapılabilmelidir.
- 8 - Kablo kullanılacak olan koterin girişlerine uygun olmalıdır.


Sarıyeri
15.11.2020


Prof. Dr. Yusuf YAYISOĐLU
MEÜ Sađlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
K.B.B. A.B.D.
Dip. Tes. No: 3323