

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  
DÖNER SERMAYE İŞLETME  
TEKLİF İSTEME FORMU

13/03/2018

İlan No : 2018-03-1102  
İstem No : 37994  
Alım No :  
Talep Eden Birim : Anestezi ve Reanimasyon / Yoğun Bakım Bilim Dalı  
Konu : SARF MALZEME ALIM

AE

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 14/03/2018 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	HEMOFİLTASYON SETİ, YETİŞKİN	15	Adet					
2	DİYALİZ SOLÜSYONU, CRRT, BİKARBONAT, STERİL	130	Adet					
3	DİYALİZ SOLÜSYONU, CRRT, BİKARBONAT, KALSİYUMSUZ	130	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

**Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

**Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

**Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

**TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR

Hastane Müdür Yrd.

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**

## HEMOFİLTRASYON SETİ, YETİŞKİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Set pre-konnekte olmalı, membran ve set önceden birleştirilmiş olarak aynı ambalaj içinde olmalı, tanınması için hatlar renk kodlu olmalıdır.
2. Setin ve membranın toplam prime hacmi 155 cc'yi geçmemelidir.
3. Yetişkin, pediatrik ve infant membranlar bulunmalıdır.
4. Cihazın seti tanıyabilmesi için set üzerinde barkod bulunmalıdır.
5. Membran biyokompatible olmalı, akrilonitril ve sodyum metalil sülfonat kopolimer olmalıdır. Membran biyouyumluluğu (Mediatör eliminasyonu, Lokopeni ve Trombositopeni konusundaki üstünlük, klirens etkinliği bakımından doğal böbreğe en yakın membran olmalı, kompleman faktörlerinin "C3a, C5a" eliminasyonu) çalışmalarla kanıtlanmalıdır.
6. Membran yüzey alanı yetişkinler için 0,90 m<sup>2</sup>'yi geçmemelidir.
7. Maximum TMP 450/60 mm Hg / kPa olmalıdır.
8. Aynı sette bütün renal replasman tedavileri (SCUF, CVVH, CVVHD, CVVHDF) uygulanabilmeli, ilave hat veya set gerekmemelidir.
9. Kanama riski yüksek veya antikoagülan kullanımı kontraendike olan hastalar için özel set bulunmalı ve bu setlerin endotoksin ve sitokinleri tutabilme özelliği bulunmalıdır. Gerekğinde bu setlerin tedarik edileceği taahhüt edilmelidir.
10. Ürünün Sağlık Bakanlığında onaylı UBB Kaydı bulunmalıdır.

Prof. Dr. Davud YAPICI  
MeÜ. Sağ. Araş. ve Uyg. Merkezi  
Anest. ve Rean. AD  
YOGUN BAKIM BİLİM DALI  
Dip. No.: 54758

Prof. Dr. Ali AYDIN ALTUNKAN  
MeÜ. Sağ. Araş. ve Uyg. Merkezi  
Anest. ve Rean. AD  
YOGUN BAKIM BİLİM DALI  
Dip. No.: 763

## DİYALİZ SOLÜSYONU, CRRT, BİKARBONAT, KALSİYUMSUZ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. 5000 ml'lik steril torbalarda bulunmalıdır.
2. CRRT tedavisi için Diyaliz solüsyonu olarak kullanılmalıdır.
3. Solüsyon içeriğinde Kalsiyum, Potasyum ve Glükoz olmamalıdır. Na: 140 mmol/Litre, Mg: 0,5 mmol/L, Klorid: 106 mmol/L, Bikarbonat: 32 mmol/L, Laktat: 3 mmol/L oranlarında bulunmalıdır.
4. Torba 2 kompartmanlı olmalı ve kolayca kırılıp iyonik kompozisyon elde edilebilmelidir.
5. 5000ml'lik torba fiyatı verilmelidir.
6. Ürünün Sağlık Bakanlığı onaylı UBB kaydı olmalıdır.

**Prof. Dr. Davud YAPICI**  
MeÜ. Sağ. Araş. ve Uyg. Merkezi  
Anest. ve Rean. AD  
YÜKÜN BAKIM BİLİM DALI  
Dip. No... 58758

**Prof. Dr. Ali AYDIN ALTUNKAN**  
MeÜ. Sağ. Araş. ve Uyg. Merkezi  
Anest. ve Rean. AD  
YÜKÜN BAKIM BİLİM DALI  
Dip. No... 763

## DİYALİZ SOLÜSYONU,CRRT,STERİL TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. 5000 ml'lik steril torbalarda bulunmalıdır.
2. CRRT tedavisi için kullanılmalıdır.
3. Solüsyon iyonik kompozisyonu, Ca: 1,75 mmol/L, mg: 0,5 mmol/L, Na: 140 mmol/L  
CL: 111,5 mmol, Laktat: 3 mmol/L, Bikarbonat: 32 mmol/L, K: 2 mmol/L, Glukoz:  
6,1 mmol/L şeklinde olmalıdır.
4. Torba 2 kompartmanlı olup, kolayca kırılmalı ve iyonik kompozisyon elde edilmelidir.
5. 5000ml'lik torba fiyatı verilmelidir.
6. Ürünün Sağlık Bakanlığı onaylı UBB kaydı bulunmalıdır.

**Prof.Dr. Davud YAPICI**  
MeÜ. Sağ Arış ve Uyg. Merkezi  
Anest. ve Rean. AD  
YOĞUN BAKIM BİLİM DALI  
Dip. No.: 58758

**Prof.Dr. Ali AYDIN ALTUNKAN**  
MeÜ. Sağ Arış ve Uyg. Merkezi  
Anest. ve Rean. AD  
YOĞUN BAKIM BİLİM DALI  
Dip. No.: 763