

AE

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

09/03/2018

İlan No : 2018-03-1067
İstem No : 38026
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : SARF MALZEME ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 13/03/2018 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	TÜP, ENDOTRAKEAL, BALONLU, NO:04.5	150	Adet					
2	TÜP, ENDOTRAKEAL, BALONSUZ, NO:2	20	Adet					
3	TÜP, ENDOTRAKEAL, BALONSUZ, NO:2.5	25	Adet					
4	TÜP, ENDOTRAKEAL, BALONSUZ, NO:3.5	50	Adet					
5	TÜP, ENDOTRAKEAL, BALONSUZ, NO:4	50	Adet					
6	TÜP, ENDOTRAKEAL, BALONSUZ, NO:5	50	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

1-TÜP, ENDOTRAKEAL, BALONSUZ, NO:5 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tüp şeffaf ve kafsız olmalıdır.
2. Tüpün iç çapını ve uzunluğunu belirtir rakam bulunmalıdır.
3. Tek kullanımlık olmalıdır.
4. Vokal kord seviyesini gösterir çizgisi bulunmalıdır.
5. Nazal ve oral kullanıma uygun olmalıdır.
6. Atravmatik uç yapısına sahip olmalıdır.
7. Yarı takılı konnektörü olmalıdır ve tüpün iç çapı konnektörde belirtilmiş olmalıdır.
8. Murphy gözü olmalıdır.
9. Latex içermemelidir.
10. Tüp I.D 5.0 /O.D en çok 6.8 ve uzunluk en az 240 mm olmalıdır.

2-TÜP, ENDOTRAKEAL, BALONSUZ, NO:4 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tüp şeffaf ve kafsız olmalıdır.
2. Tüpün iç çapını ve uzunluğunu belirtir rakam bulunmalıdır.
3. Tek kullanımlık olmalıdır.
4. Vokal kord seviyesini gösterir çizgisi bulunmalıdır.
5. Nazal ve oral kullanıma uygun olmalıdır.
6. Atravmatik uç yapısına sahip olmalıdır.
7. Yarı takılı konnektörü olmalıdır ve tüpün iç çapı konnektörde belirtilmiş olmalıdır.
8. Murphy gözü olmalıdır.
9. Latex içermemelidir.
10. Tüp I.D 4.0 /O.D en çok 5.4 ve uzunluk en az 200 mm olmalıdır.

3-TÜP, ENDOTRAKEAL, BALONSUZ NO:03,5 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tüp şeffaf ve kafsız olmalıdır.
2. Tüpün iç çapını ve uzunluğunu belirtir rakam bulunmalıdır.
3. Vokal kord seviyesini gösterir çizgisi bulunmalıdır.
4. Nazal ve oral kullanıma uygun olmalıdır.
5. Atravmatik uç yapısına sahip olmalıdır.
6. Yarı takılı konnektörü olmalıdır ve tüpün iç çapı konnektörde belirtilmiş olmalıdır.
7. Murphy gözü olmalıdır.
8. Lateks içermemelidir.
9. Tüp I.D 3,5 / O.D en çok 4,8 ve uzunluk en az 180 mm olmalıdır.

Prof. Dr. Nurgan DORUK
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Dip. Tes. No.: 51793

Yrd. Doç. Dr. Esinur SAGÜN
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Dip. Tes. No.: 124781

4-TÜP, ENDOTRAKEAL, BALONSUZ NO:2,5 TEKNİK ŞARTNAMESİ


1. Tüp şeffaf ve kafsız olmalıdır.
2. Tüpün iç çapını ve uzunluğunu belirtir rakam bulunmalıdır.
3. Vokal kord seviyesini gösterir çizgisi bulunmalıdır.
4. Nazal ve oral kullanıma uygun olmalıdır.
5. Atravmatik uç yapısına sahip olmalıdır.
6. Yarı takılı konnektörü olmalıdır ve tüpün iç çapı konnektörde belirtilmiş olmalıdır.
7. Murphy gözü olmalıdır.
8. Latex içermemelidir.
9. Tüp I.D 2,5 / O.D en çok 3,4 ve uzunluk en az 150 mm olmalıdır.


5-TÜP, ENDOTRAKEAL, BALONSUZ, NO:2 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tüp şeffaf ve kafsız olmalıdır.
2. Tüpün iç çapını ve uzunluğunu belirtir rakam bulunmalıdır.
3. Vokal kord seviyesini gösterir çizgisi bulunmalıdır.
4. Nazal ve oral kullanıma uygun olmalıdır.
5. Atravmatik uç yapısına sahip olmalıdır.
6. Yarı takılı konnektörü olmalıdır ve tüpün iç çapı konnektörde belirtilmiş olmalıdır.
7. Murphy gözü olmalıdır.
8. Latex içermemelidir.
9. Tüp I.D 2,0 /O.D en çok 3,1 ve uzunluk en az 140 mm olmalıdır.

6-TÜP, ENDOTRAKEAL, BALONLU, NO:04.5 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tüp şeffaf ve kaflı olmalıdır.
2. Tüpün iç çapını ve uzunluğunu belirtir rakam bulunmalıdır.
3. Tek kullanımlık olmalıdır.
4. Vokal kord seviyesini gösterir çizgisi bulunmalıdır.
5. Nazal ve oral kullanıma uygun olmalıdır.
6. Atravmatik uç yapısına sahip olmalıdır.
7. Yarı takılı konnektörü olmalıdır ve tüpün iç çapı konnektörde belirtilmiş olmalıdır.
8. Murphy gözü olmalıdır.
9. Balon düşük basınçlı yüksek volümlü olmalıdır. Pilot balon valve sistemi içermelidir.
10. Pilot balon olmalıdır. Luer-lock enjektör girişine uygun olmalıdır. Balon şişirildiğinde silindirik görünümünde olmalıdır.
11. Tüpün dış ucundan büyüklük ve uzunluk ölçüleri yazılı olmalıdır.
12. Latex içermemelidir.
13. Tüp I.D 4.5 mm , O.D en çok 6.3 mm ve uzunluk en az 220 mm olmalıdır.


Prof. Dr. Nurcan DORUK
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Dip. Tes. No.: 51793


Prof. Dr. Asimur SAGUN
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Dip. Tes. No.: 126751