

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

09/03/2018

İlan No : 2018-03-1069
İstem No : 38143
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : SARF MALZEME ALIMI

18

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 13/03/2018 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	STRIP, GLUKOZ	70000	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 -22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

Biyokimya

STRİP, GLUKOZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kontaminasyona neden olmayan, temizlik gerektirmeyen, çevresel şartlardan etkilenmeden ölçüm yapma imkânı verebilmelidir.
2. Hastane ortamında kullanıma uygun olmalıdır.
3. İlaç etkileşimlerinden bağımsız ölçüm yapabilmelidir.
4. Kapiller kan numuneleriyle kullanılabilir.
5. Ölçümü 10 sn.nin altında hızlı ve güvenilir şekilde yapabilmelidir.
6. Kanı otomatik olarak çekebilir.
7. Yetersiz kan numunesinde uyarı verebilir.
8. Cihaz strip kullanılmadan otomatik kodlama yapabilir.
9. Elde edilen glukoz ölçüm sonuçları ISO (International Organization for Standardization) doğruluk kriterlerine uymalı: Kan glukoz ölçümlerinin %95'i kan şekeri 75 mg/dl'nin altında olduğunda laboratuvar değerleri \pm %10 mg/dl olmalı, kan şekeri 75 mg'nin üstünde olduğunda laboratuvar değerlerinin \pm %20 mg/dl olmalıdır.
10. Striplerle birlikte kullanılmak üzere 100 adet kullanılmamış şeker ölçüm cihazı, 100 adet otomatik parmak delici ve 12.000 adet cihaza uygun otomatik lanset ucu ücretsiz olarak verilmelidir.
11. Tüm kullanıcılara striplere uygun şeker ölçüm cihazının kullanımı ile ilgili eğitim firma tarafından verilmelidir.
12. En az 60 çift 2 seviye olmak kaydı ile en az 1 yıl miadlı ve aynı lot numarasına sahip kontrol numunesi birlikte ücretsiz verilmelidir.
13. Gerekğinde cihazın kalibrasyonu yapılabilir ve uygun kalibratörler cihazla birlikte verilmelidir.

Prof. Dr. K. G. N. KANDARI
MEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi
ve Uygulamalı Bilimler Merkezi
Biyokimya
Dış. Tes. No: 58255-45316

Prof. Dr. Lütfi TAMER
MEÜ. Tıp Fakültesi Hastanesi
Biyokimya A.D.
Diyadin. No: 36