

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  
DÖNER SERMAYE İŞLETME  
TEKLİF İSTEME FORMU

12/07/2018

İlan No : 2018-07-3289  
İstem No : 41323  
Alım No :  
Talep Eden Birim : Göz Hastalıkları / Göz Hastalıkları Servisi  
Konu : SARF MALZEME ALIMI

EB

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 13/07/2018 12:00:00

| S.No | Malzeme Açıklaması                  | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Tutar | Marka | UBB kodu | Tesl. Süresi (Gün) |
|------|-------------------------------------|--------|-------|-------------|--------------|-------|----------|--------------------|
| 1    | KASET, FAKOEMÜLSİFİKASYON, İNFİNİTİ | 7      | Adet  |             |              |       |          |                    |

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

**Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TITUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TITUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

**Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

**Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 -22570-22571  
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR  
Hastane Müdür Yrd.

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**

## KASET, FAKOEMÜLSİFİKASYON, İNFİNİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kaset sistemi kurumumuzda mevcut Alcon Infiniti Ozil cihazına bire bir uyumlu olmalıdır.
2. Kaset, monoblok, şeffaf sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
3. İrrigasyon ve Aspirasyon tevzii, kaset sistemindeki özel sert kanallar sayesinde sağlanmalıdır. Kaset içerisindeki tevziyi sağlamak için silikon hortumlar kullanılmış olmamalıdır.
4. İrrigasyon ve Aspirasyon hatları ile serum seti ve damlacık odacıđı, kasete üretim esnasında sabitlemiş olmalıdır ve her hangi bir şekilde yanlış bağlantıya imkan tanımamalıdır.
5. İrrigasyon ve Aspirasyon hatlarının fako elciđine takılacak konnektörleri yanlış bağlantıya imkan vermeyecek şekilde ve renkte üretilmiş olmalıdır.
6. Kasetin Aspirasyon hattını oluşturan hortum sisteminin yüksek vakumlarda güvenle kullanılması için sertliđi ve et kalınlıđı artırılmış olmalıdır.
7. Kasetin Aspirasyon hattını oluşturan hortum sisteminin rengi, kolay ayırt edilebilmesi için İrrigasyon hattını oluşturan hortum sisteminin renginden farklı olmalıdır.
8. Kaset içerisinde operasyon anında surge'ü önleyici BSS haznesi bulunmalıdır.
9. Kaset cihazın pompa sistemine otomatik olarak yüklenebilmelidir.
10. Kaset sistemi sayesinde irrigasyon sıvısı basıncı ile vakum deđerleri sürekli olarak cihaz sensörleri tarafından ölçülebilmelidir.
11. Kaset özel olarak imal edilmiş, mukavim, plastik bir kutu içerisinde, steril olarak hazır bulunmalıdır.
12. Steril kaset sistemi kutusu içinde steril cihaz tepsisi örtüsü bulunmalıdır.
13. Kaset sistemi, hastaya zarar vermemeli ve komplikasyon oluşturmamalıdır.

Prof. Dr. Ayda YILMAZ  
MEU Sağlık Araştırma  
ve Uygulama Merkezi  
Göz Hastalıkları  
Dip. Tez No: 78946

Dr. Feyyaz ASLAN  
Mersin Ün. Tıp Fak. Göz Hast.  
Araştırma Görevlisi  
Dip. Tez No: 78746