

**T.C.**  
**MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ**  
**DÖNER SERMAYE İŞLETME**  
**TEKLİF İSTEME FORMU**

09/07/2018

İlan No : 2018-07-3273  
İstem No : 41518  
Alım No :  
Talep Eden Birim : Dermatoloji / Dermatoloji Servisi  
Konu : CERRAHİ MALZEMELER İÇİN KAREKOD ETİKETLEME HİZMETİ ALIMI

HS

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 12/07/2018 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	CERRAHİ MALZEMELER İÇİN KAREKOD ETİKETLEME HİZMET ALIMI	55	Tabaka					

MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü CERRAHİ MALZEMELER İÇİN KAREKOD ETİKETLEME HİZMETİ ALIMI satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek profarma faturanın Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

**TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571  
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR  
Hastane Müdür Yrd.

**NOT : İlanlarımız adresinde yayımlanmaktadır.**

## Cerrahi Malzeme Karecode Etiketleme Teknik Şartnamesi

1. Yüklenici firma kare barkod/markalama işaretleme yapacağı cerrahi el aletlerinin her birini, parçalardan oluşan cerrahi aletlerin her parçasını, kurumumuzca verilecek olan alfa nümerik sayılarını fiber lazer yöntemi ile barkodlayarak teslim edeceklerdir. 3mm'nin altında kalan malzemelere fiber lazer ile kurumumuzun belirlediği alfa nümerik numara/markalama yazılacaktır. Mekanik, CO<sub>2</sub> lazer, yağ lazer, nokta vuruşlu, pantograf, etiketleme, RFID, vs ile yapılacak olan işaretleme kabul edilmeyecektir.
2. Cerrahi aletlerin üzerine basılacak 2D matrix barkodları MSÜ de bulunan barkod okuma cihazları ile uyumlu olmalıdır.
3. Malzeme üzerine barkot/numaralandırma işlenirken; malzemeye zarar verilmesi durumunda, firma malzemenin yenisini temin etmelidir. Teklif dosyasında taahhüt bulunmalıdır.
4. Karekod/numaralandırma, sterilizasyon basamaklarındaki sıcaklık, nem, basınç gibi parametrelere uzun süre dayanıklı kalmalıdır. İşaretleme sonrası en az 3 yıl garantili (alet/malzemelerin okunmaması/aşınması, vs) olmalıdır. Okunmama veya silinmeden ötürü okunmaz hale gelirse aletler firmaya gönderilerek tekrardan ücretsiz olarak kare barkod/numaralandırma uygulamasını yapacağını taahhüt edecektir.
5. Barkod/numara içeriği yüklenici firmaya cerrahi el aletleri teslim edildiğinde bildirilecektir. Barkod/numara içerikleri MSÜ'de kullanılan yazılım ile uyumlu olmalıdır.
6. Barkod yazılımının numune değerlendirmesi alet üzerine örnek işaretleme yapıldıktan sonra hastanemizin MSÜ'de denemesi yapılarak karar verilecektir.

Prof. Dr. Güliz İKİZOĞLU  
MEÜ Sağlık Araştırma  
ve Uygulama Merkezi  
Dermatoloji  
Dip. Tes. No: 47121

Prof. Dr. Kıymet İNAN  
Mersin Üni. Tıp Fak. Dermatoloji A.B. Dalı  
DTP No: 9585  
Dip. Tes. No: 74963