

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

10/07/2018

İlan No : 2018-07-3276
İstem No : 41579
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : SARF MALZEME ALIMI

EB

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 12/07/2018 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BİLEKLİK, HASTA, BEYAZ	10000	Adet					
2	BİLEKLİK, HASTA, KIRMIZI	1000	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TITUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TITUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12-Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 -22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

1-BİLEKLİK, HASTA, BEYAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bileklik, sürtünme ve aşınmaya karşı dayanıklı olmalı, su, vücut ısısı, kan, amonyak çamaşır suyu gibi malzemelerden etkilenmemelidir.
2. Bilekliğin barkod yapışacak bölümü yetişkinler için; eni en az 3 cm, boyu en az 7 cm, çocuklar için eni en az 1,8 cm boyu en az 3,5 cm olmalıdır.
3. Bilekliğin boyu yetişkinler için en az 25 cm, çocuklar için en az 15 cm olmalıdır.
4. Barkod yapışacak bölümü şeffaf naylon kaplama olmalı, hastanemizdeki barkod yazıcıya uygun olmalıdır.
5. Bileklik kola takıldıktan sonra kesilerek çıkarılma dışında çıkarılmayacak özellikte olmalı, tam kilitlenmelidir.
6. Bilekliğin kilitleme yeri yuvasından çıkmamalı ve kilit yerinden yırtılmamalıdır.
7. Bileklikler 8.000 adet yetişkin, 2.000 adet çocuk teslim edilmelidir.

2-BİLEKLİK, HASTA, KIRMIZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bileklik, sürtünme ve aşınmaya karşı dayanıklı olmalı, su, vücut ısısı, kan, amonyak çamaşır suyu gibi malzemelerden etkilenmemelidir.
2. Bilekliğin barkod yapışacak bölümü yetişkinler için; eni en az 3 cm, boyu en az 7 cm, çocuklar için eni en az 1,8 cm boyu en az 3,5 cm olmalıdır.
3. Bilekliğin boyu yetişkinler için en az 25 cm, çocuklar için en az 15 cm olmalıdır.
4. Barkod yapışacak bölümü şeffaf naylon kaplama olmalı, hastanemizdeki barkod yazıcıya uygun olmalıdır.
5. Bileklik kola takıldıktan sonra kesilerek çıkarılma dışında çıkarılmayacak özellikte olmalı, tam kilitlenmelidir.
6. Bilekliğin kilitleme yeri yuvasından çıkmamalı ve kilit yerinden yırtılmamalıdır.
7. Bileklikler 800 adet yetişkin 200 adet çocuk teslim edilmelidir.

Uzm. Hems. Müjde MORAN
T.C. Sağlık Bakanlığı
Uygulama Müdürlüğü
Hemşirelik Hizm. Koordinatör Yard.

Elife NETTAŞ
Hemşirelik Hizmetleri Koordinatörü
Uzman Hemşire