

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

10/01/2019

İlan No : 2019-01-203
İstem No : 45253
Alım No :
Talep Edilen Birim : Laboratuvar / Biyokimya
Konu : LABORATUVAR MALZEMESİ ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 14/01/2019 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ANTİTROMBİN 3 ANALİZ KİTİ	332	Test					
2	FAKTÖR 5 ANALİZ KİTİ	200	Test					
3	FAKTÖR 8 ANALİZ KİTİ	200	Test					
4	FAKTÖR 9 ANALİZ KİTİ	200	Test					
5	PROTEİN C ANALİZ KİTİ	120	Test					
6	PROTEİN S ANALİZ KİTİ	120	Test					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

PROTEİN C-S , ANTİTROMBİN 3 FAKTÖR 5-8-9 ANALİZ KİTİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sistem , clotting, kromojenik ve immünolojik esaslı testlerin hepsini aynı anda ve tam otomatik olarak çalışabilmelidir.
2. Sistem aynı anda en az 50 primer tüp yüklenebilmeli ve sürekli yükleme yapılabilmelidir.
3. Sistem acil numune çalışabilme özelliğine sahip olmalıdır.
4. Teklif veren firma acil laboratuvarına kurulmak üzere PTZ,APTT ve FİBRİNOJEN testlerini çalışan Oto sampler'lı ikinci bir cihaz vermelidir.
5. Teklif edilen her iki cihazda aynı kiti kullanmalıdır.
6. Reaktifin lot numarası değişmedikçe, cihaz kalibrasyon istememeli, kalibrasyon kullanıcının isteğine bağlı olarak yapılmalıdır. Cihaz , aynı kitin farklı lotlarına ait kalibrasyon bilgilerini hafızasında saklayabilmelidir.
7. Cihazın kalite kontrol programı olmalı ve bunları hafızasında saklayabilmelidir.
8. Sistem primer tüpler ile çalışabilmelidir.
9. Sistem Fibrinojen için mg/dl cinsinden sonuç verebilmelidir.
10. Teklif edilen reaktiflerin ISI değeri 0,95 - 1,30 bandında olmalıdır. Tüm reaktif şişeleri üzerinde barkod olmalı, reaktifler cihaz ile tam uyumlu olmalıdır.
11. Gerektiği durumlarda cihaz, hata veren örnek pozisyonunu belirtmeli, hata mesajı vererek kullanıcıyı uyarmalıdır.
12. Sistemin reaktif ünitesi soğutmali olmalıdır.
13. Sistem barkod sistemine sahip olmalıdır.
14. Kurumun belirleyeceği bir dış kalite kontrol programına ücretsiz olarak katılım sağlanmalıdır.
15. Temin süresince her türlü sarf malzeme (kalibratörler, kontrol serumları, yıkama solüsyonları, numune kapları, reaksiyon ve okuma küvetleri, yazıcı kartuşları,..vb.) ve yedek parça temini, teknik servis ve bakım hizmeti ücretsiz verilmelidir. Teslim edilen kitler ihale süresi içerisinde bitirilemediği takdirde, teslim edilen kitler bitinceye kadar (İhale bitiş tarihini takip eden 3 ayı geçmemek üzere) sarf malzeme ve yedek parça temini, teknik servis ve bakım hizmeti ücretsiz verilmeye devam etmelidir.
16. Kitlerin kullanımı sırasında son kullanma tarihi yaklaşan reaktifler, en az iki ay öncesinden firmaya bildirilmek kaydıyla, firma tarafından daha uzun miadlı reaktifler ile değiştirilmelidir.
17. FİBRİNOJEN kitlerinin ambalajlarının kaç testlik olduğu belirtmeli ve laboratuvar tarafından çalışılarak doğrulanmalıdır. Ambalajın test sayısı ile laboratuvarın o ambalajdan çalışabildiği test sayısı farklı olduğunda firma eksik test sayısını tamamlamalıdır.

Prof. Dr. İsmail TAMER
MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi
Biyokimya A.D.
Dip. No: 2459

Prof. Dr. M. Burak Muz ÇİMEN
MEÜ Tıp Fakültesi
Tıbbi Biyokimya A.D.
Dip. No: 2459

A. Cihaz tanıtım kartı

- Marka
- Model
- Seri no
- Üretim tarihi
- Firma iletişim bilgisi
- Teknik servis iletişim bilgisi
- Aplikasyon uzmanı iletişim bilgisi

B. Eğitim dokümanı

C. Kullanma kılavuzu (Türkçe)

D. Cihaz bakım formu (Kullanıcı için)

E. Test rehberi (Test listesi laboratuvarından alınacaktır, ihale listesi test listesi değildir)

- Çalışma metodu
- Sonuç birimi
- Referans aralığı
- Örnek Türü
- Örnek alım koşulları (varsa ön hazırlık bilgisi)
- Numune kabı bilgisi
- Örnek taşıma kuralları
- Örnek saklama şartları

Prof. Dr. M. Burak Yavuz ÇİMEN
MEÜ Tıp Fakültesi
Tıbbi Biyokimya A.D.
E.İ. No... 2469

Prof. Dr. İ. H. TAMER
MEÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri
Biyokimya A.D.
E.İ. No... 2469