

T.C.  
**MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ**  
**DÖNER SERMAYE İŞLETME**  
**TEKLİF İSTEME FORMU**

10/01/2019

İlan No : 2019-01-186  
İstem No : 45344  
Alım No :  
Talep Eden Birim : Beyin Cerrahi / Beyin Cerrahi Servisi  
Konu : SARF MALZEME ALIMI

Talep Edilen Hasta :

**Son Teslim Tarihi & Saat : 14/01/2019 12:00:00**

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ASPIRATÖR UCU, YUMUŞAK DOKU, CUSA CİHAZINA UYUMLU, EĞRİ, 36KHZ, 1.98MM	1	Adet					
2	ASPIRATÖR UCU, STANDART, CUSA CİHAZINA UYUMLU, DÜZ, 36KHZ, 1.98MM	1	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

**Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TITUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TITUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

**Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

**Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

**TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571  
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR  
Hastane Müdür Yrd.

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**


**1. ASPİRATÖR UCU, YUMUŞAK DOKU, CUSA CİHAZINA UYUMLU, EĞRİ, 36KHZ, 1.98MM TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Teklif edilecek ürün demirbaşımızda kayıtlı bulunan Cusa Excel cihazının 36 KHz'lik aplikatörü ile tam uyumlu olmalı, aynı firma tarafından Cusa Excel cihazının 36 KHz'lik aplikatörü ile kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır.
2. Uzunluğu 114,4 mm olmalıdır.
3. Çapı 1,98 mm olmalıdır.
4. Tek kullanımlık olmalıdır.
5. Eğimli olmalıdır.
6. Steril ambalajlanmış olmalıdır.
7. Metal uç, plastik kılıf ve yüzükler steril paketin içerisine dahil olmalıdır.

**2. ASPİRATÖR UCU, YUMUŞAK DOKU, CUSA CİHAZINA UYUMLU, DÜZ, 36KHZ, 1.98MM TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Teklif edilecek ürün demirbaşımızda kayıtlı bulunan Cusa Excel cihazının 36 KHz'lik aplikatörü ile tam uyumlu olmalı, aynı firma tarafından Cusa Excel cihazının 36 KHz'lik aplikatörü ile kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır.
2. Uzunluğu 114,4 mm olmalıdır.
3. Çapı 1,98 mm olmalıdır.
4. Tek kullanımlık olmalıdır.
5. Düz olmalıdır.
6. Steril ambalajlanmış olmalıdır.
7. Metal uç, plastik kılıf ve yüzükler steril paketin içerisine dahil olmalıdır.

Dr. Öğr. Uy. Vural HAMZAĞLU  
MEÜ Sağlık Araştırma ve  
Uygulama Merkezi  
Beyin ve Sinir Cerrahisi  
Dip. Tescil No: 124656/94360



Prof. Dr. Celal BAŞDATOĞLU  
MEÜ Sağlık Araştırma  
ve Uygulama Merkezi  
Nöroşirürji A.D. Başkanı  
Dip. Tes. No : 87 181