

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  
DÖNER SERMAYE İŞLETME  
TEKLİF İSTEME FORMU

11/01/2019

İlan No : 2019-01-229  
İstem No : 45408  
Alım No :  
Talep Eden Birim : Tüp Bebek Merkezi(Ü.Y.T.M.) / Tüp Bebek Günübirlik  
Konu : LABORATUVAR MALZEMESİ ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 15/01/2019 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	TÜP, KÜLTÜR, DÜZ DOKU, 14ML	1000	Adet					
2	PİPET, PASTEUR, CAM, 14-15CM	1000	Adet					
3	PİPET UCU, OTOMATİK, STERİL, RAKLI, 1-200µl	5	Adet					
4	PİPET UCU, OTOMATİK, STERİL, RAKLI, 0.1-20µl	5	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

**Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

**Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

**Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

**TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR

Hastane Müdür Yrd.

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**

## 45408 NOLU İSTEME AİT TEKNİK ŞARTNAMESLER

### 1-DÜZ DOKU KÜLTÜR TÜPÜ (OOSİT ASPİRASYON TÜPÜ,14 ML) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yumurta toplama için uygun olmalıdır.
2. Ağız genişliği oosit aspirasyon setine uygun olmalı ve herhangi bir aspirasyona engel durum oluşturmamalıdır.
3. USP Class VI testinden geçmiş polisitrenden üretilmiş olmalıdır.
4. Yuvarlak tabanlı olmalıdır. Kapaklı olmalıdır ve çift basmalı olmalıdır
5. IVF için CE belgeli olmalıdır.
6. Optimal ısıyı elde edebilmek amacıyla ısıtıcı yüzey ile tamamen temas edecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
7. Ürün insan IVF' inde hücre kültürüne uygun ve non-toksik olmalıdır.
8. Non-pirojenik olmalıdır. Endotoksin Seviyesi 0,25 EU/ml'den az olmalıdır.  
1-hücreli Fare Embriyo Testinden İnsan Spermi Kurtulma Testinden geçmiş olmalıdır.
9. Gama sterilizasyon ile steril edilmiş olmalıdır.
10. Tek tek steril veya 5'li ya da 10 adetlik paketlerde olmalıdır.
11. Ürün üzerinde hacim ml değerlerini gösteren cetvel olmalıdır.

### 2- NON-STERİL CAM PASTÖR PİPETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Borosilikat, şeffaf camdan imal edilmiş olmalıdır.
2. Pipetin uçları açık ve düzgün kesilmiş olmalıdır
3. Pipetin içinde cam kırığı ve cam tozu olmamalıdır
4. Pipetin uzunluğu 14-15 cm olmalıdır.


### 4-STERİL OTOMATİK PİPET UCU, (1-200 $\mu$ l) TEKNİK ŞARTNAMESİ

5. Ürün 96'lık raklı pakette steril olmalıdır
6. 1-200  $\mu$ l'lik otomatik pipete uygun olmalıdır
7. Non toksik olmalıdır. IVF laboratuvarında kullanıma uygun olmalıdır.t
8. Pyrojen-free, RNAaz free, DNAaz free, ATP-free olmalıdır

### 4-STERİL OTOMATİK PİPET UCU, (1-20 $\mu$ l) TEKNİK ŞARTNAMESİ

9. Ürün 96'lık raklı pakette steril olmalıdır
10. 1-20  $\mu$ l'lik otomatik pipete uygun olmalıdır
11. Non toksik olmalıdır. IVF laboratuvarında kullanıma uygun olmalıdır.t
12. Pyrojen-free, RNAaz free, DNAaz free, ATP-free olmalıdır

  
Dr. Söyüştü Safiye TAĞA  
MEÜ Sağlık Araştırma  
ve Uygulama Merkezi  
Kadın Hast. ve Doğum  
Böl. Tes. No: 445

  
Prof. Dr. Faik Gürkan YADIGER  
MEÜ Sağlık Araştırma  
ve Uygulama Merkezi  
Kadın Hast. ve Doğum  
Böl. Tes. No: 445