

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

04/10/2021

İlan No : 2021-09-3309
İstem No : 61202
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : SARF MALZEME ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 06/10/2021 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KATETER, SANTRAL VENÖZ, 2 LÜMENLİ, 4.0- 4.5 FR, 7-10CM	15	Adet					
2	KATETER, SANTRAL VENÖZ, 2 LÜMENLİ, 5.0-5.5FR, 7-10CM	15	Adet					
3	KATETER, SANTRAL VENÖZ, 3 LÜMENLİ, 4FR, 7-10CM	10	Adet					
4	KATETER, SANTRAL VENÖZ, 3 LÜMENLİ, 5-5.5FR, 8CM	15	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

2. Kez İlanına Çıkmıştır.

1- KATETER, SANTRAL VENÖZ, 2 LÜMENLİ, 4.0- 4.5 FR, 7-10CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Seldingere ponksiyonkanülü, 0,8mm (21G) çapında, 38±2mm uzunluğunda olmalıdır.
2. Katater, poliüretan ve radyoopak olmalıdır.
3. Kataterlerde kolay okunabilir uzunluk işareti olmalıdır.
4. Katater, 4FR veya 4.5 FR olmalıdır.
5. Katater, çok ince, yuvarlatılmış konik, yumuşak uçlu olmalıdır.
6. Kataterde, tek yönlü enjeksiyona imkan tanıyan kapak olmalıdır.
7. Kataterde, hareketli fiksasyon kanatları ve bunu sabitleyen ikinci bir fiksasyon klipi olmalıdır.
8. Kataterde, farklı renklerle kodlanmış, transparan uzantı tüpleri ve bunlarda uygulamanın kısa süreli durdurulması için klemp olmalıdır.
9. Klavuz tel, fleksible J uçlu, tek elle kullanılabilen ergonomik özel kılıfta, uzunluk işaretli, 0,46 mm çapında, 50±10cm uzunluğunda olmalıdır.
10. Dilatör olmalıdır.
11. Set içerisinde ucu çevirmeli kilit bağlantılı enjektör (5ml) olmalıdır.
12. Şeffaf fiksasyon flasteri olmalıdır.
13. Bistürü olmalıdır.
14. Kataterin dilatatörü kolaylıkla dilatasyon yapmalı. Dilatatör damara zarar vermemeli.
15. Klavuz tel kolaylıkla ilerlemelidir.

2-KATETER, SANTRAL VENÖZ, 2 LÜMENLİ, 5.0-5.5FR, 7-10CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Seldingere ponksiyonkanülü, 0,8mm (21G) çapında, 38±2mm uzunluğunda olmalıdır.
2. Katater, poliüretan ve radyoopak olmalıdır.
3. Kataterlerde kolay okunabilir uzunluk işareti olmalıdır.
4. Katater, 5FR veya 5.5FR olmalıdır.
5. Katater, çok ince, yuvarlatılmış konik, yumuşak uçlu olmalıdır.
6. Kataterde, tek yönlü enjeksiyona imkan tanıyan kapak olmalıdır.
7. Kataterde, hareketli fiksasyon kanatları ve bunu sabitleyen ikinci bir fiksasyon klipi olmalıdır.
8. Kataterde, farklı renklerle kodlanmış, transparan uzantı tüpleri ve bunlarda uygulamanın kısa süreli durdurulması için klemp olmalıdır.
9. Klavuz tel, fleksible J uçlu, tek elle kullanılabilen ergonomik özel kılıfta, uzunluk işaretli, 0,46 mm çapında, 50±10 cm uzunluğunda olmalıdır.
10. Dilatör olmalıdır.
11. Set içerisinde ucu çevirmeli kilit bağlantılı enjektör (5ml) olmalıdır.
12. Şeffaf fiksasyon flasteri olmalıdır.
13. Bistürü olmalıdır. Klavuz tel kolaylıkla ilerlemelidir.
14. Kullanım klavuzu ve/veya ambalaj üzerindeki bilgiler İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden en az birinde yazılı olmalıdır.
15. Ambalaj geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
16. Kataterin dilatatörü kolaylıkla dilatasyon yapmalı. Dilatatör damara zarar vermemelidir.

Doç. Dr. Yalçın ÇELİK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Neonatoloji
Tlx No: 92168/58544

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ALAKAYA
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.
Dip. Tes. No.: 129026

1-KATETER SANTRAL VENÖZ, 3 LÜMENLİ, 4 FR, 7-10CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kateter 3 lümenli olup, dış çapı 4 FR uzunluğu 7-10 cm olmalıdır.
2. Kateter poliüretandan mamul olmalı, bu malzemenin özellikleriyle vücut ısısında yumuşayarak travmaya yol açmamalı, bio uyumlu olmalı güçlü kopma direnci olmalı ve trombus oluşumuna direnç göstermelidir.
3. Radyopasitesi yüksek olmalıdır.
4. Kateterin distal ucu daha yumuşak bir materyalden imal edilmiş olmalı, bu sayede hastada kaldığı sürece damar iritasyonuna yol açmamalıdır.
5. Kateterin üzerinde cm olarak işaretlenmiş yerleştirme markerleri bulunmalıdır.
6. Kateterin her bir lümeni için klempi ve koruyucu kapakları olmalıdır. Koruyucu kapaklardan en az bir tanesi enjeksiyona açmadan izin verecek şekilde olmalıdır.
7. Setin içerisinde;
 - Bir ucu j diğer ucu düz iki taraflı kılavuz tel olmalı. Kılavuz telin tek elle manipüle edilebilmesini sağlayan plastik sürücü ve ucu koruyucu kapağı olmalıdır. Üzerinde giriş uzunluğunu gösterir işaretler bulunmalıdır ve dokuda ilerletirken kırılmamalıdır.
 - Ponksiyon iğnesi,
 - 1 adet 5 ml'lik enjektör
 - 1 adet dilatör olmalı, dilatör ucu dokuya girişte bozulma göstermemelidir.
 - 1 adet 11 inc bisturi veya scalpel olmalıdır.

2-KATETER SANTRAL VENÖZ, 3 LÜMENLİ, 5- 5.5FR, 8CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kateter 3 lümenli olup, dış çapı 5- 5,5FR uzunluğu 8 cm olmalıdır.
2. Kateter poliüretandan mamul olmalı, bu malzemenin özellikleriyle vücut ısısında yumuşayarak travmaya yol açmamalı, bio uyumlu olmalı güçlü kopma direnci olmalı ve trombus oluşumuna direnç göstermelidir.
3. Radyopasitesi yüksek olmalıdır.
4. Kateterin distal ucu daha yumuşak bir materyalden imal edilmiş olmalı, bu sayede hastada kaldığı sürece damar iritasyonuna yol açmamalıdır.
5. Kateterin üzerinde cm olarak işaretlenmiş yerleştirme markerleri bulunmalıdır.
6. Kateterin her bir lümeni için klempi ve koruyucu kapakları olmalıdır. Koruyucu kapaklardan en az bir tanesi enjeksiyona açmadan izin verecek şekilde olmalıdır.
7. Setin içerisinde;
 - Bir ucu j diğer ucu düz iki taraflı kılavuz tel olmalı. Kılavuz telin tek elle manipüle edilebilmesini sağlayan plastik sürücü ve ucu koruyucu kapağı olmalıdır. Üzerinde giriş uzunluğunu gösterir işaretler bulunmalıdır ve dokuda ilerletirken kırılmamalıdır.
 - Ponksiyon iğnesi,
 - 1 adet 5 ml'lik enjektör
 - 1 adet dilatör olmalı, dilatör ucu dokuya girişte bozulma göstermemelidir.
 - 1 adet 11 inc bisturi veya scalpel olmalıdır.

Doç. Dr. Yalçın CELİK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Neonatoloji
Dip. No: 92168/5351

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ALAKAYA
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.
Dip. Tes. No: 129026