

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

20/04/2022

İlan No : 2022-04-1245
İstem No : 64334
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIMI

GT

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 25/04/2022 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	EKRAN KARTI, ANESTEZİ CİHAZI İÇİN	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur,Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 -22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.



CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU

Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : ANESTEZİ CİHAZI			
AMELİYATHANE ANESTEZİ	Marka : DRAGER			
	Model : FABIUS GS			
Tarih: 15.04.2022	Garantili		Bakım Sözleşmeli	
	Var []	Yok [X]	Var []	Yok [X]

Açıklama;

Cihazın yapılan incelemeler sonucunda ekran kartının arızalı olduğu tespit edilmiştir. Kartın yenisi ile değişimi gerekmektedir.

Gerekli Yedek Parçalar:

Doğrudan tüketim . Yedek parça fiyat listesi yoktur.

Nurettin DİNÇER
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Biyomedikal Tekniker

Teknik Servis Personeli	Teknik Servis Sorumlusu	Onay
<p>Nurettin DİNÇER Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Tekniker</p>	<p>Kayhan DİKMEN Mersin Üniversitesi Hastanesi Tekniker</p>	<p>Hacı Ömer Hastane Müdür Yardımcısı V.</p>

Açıklama