

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

25/10/2024

İlan No : 2024-10-3919
İstem No : 77229
Alım No :
Talep Eden Birim : Sterilizasyon / Sterilizasyon
Konu : TEMİZLİK MALZEMESİ ALIM

AE

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 01/11/2024 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	DEZENFEKTAN, TIBBİ CİHAZ, ORTA DÜZEY	250	LT					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

TIBBİ ALETLER İÇİN TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON SOLÜSYONU

1. Ürün, üretici Firmanın fazla 15 dakikada patojen mikroorganizmalara (Tbc dahil bakteriler, mantarlar, HBV, HIV dahil virüsler) karşı etkin olmalıdır.
2. Bu etkinliğini üretici firmanın önerdiği konsantrasyonda en fazla 15 dakikada göstermelidir.
3. Yüklenici Firma bu özellikleri karşıladığına dair akredite laboratuvarlardan yapılmış mikrobiyolojik çalışma raporlarını teklifle birlikte sunmalıdır.
4. Ürün her türlü tıbbi cihazın(cerrahi, medikal alet) işlem sonrası üzerinde bulunan organik yükü temizleyecek özelliğe sahip olmalıdır.
5. Aldehit, fenol, klor ve enzim bileşikleri içermemelidir.
6. Ürün, 24 saat süreyle aktivasyonunu devam ettirebilmelidir.
7. Ürün korozyon yapmamalıdır. Bunu belgelendirmeli ve ihale dosyasında sunmalıdır.
8. Ürün konsantre olup çeşme suyu ile seyreltilerek kullanılabilir.
9. Ürün hazırlandıktan sonra köpük oluşturmamalıdır.
10. Ürün kolay durulanmalı, kalıntı bırakmamalıdır.
11. Ürün çözelti mümkün olduğunca kokusuz olmalı, göz ve geniz yakmamalıdır.
12. Sulandırılmış ürünün pH'sı nötr olmalıdır.
13. Ürün PVC, akrilik, polietilen, polipropilen, polikarbonat, polisülfon, teflon, silikon, paslanmaz çelik, vb. materyaller ile uyumluluğa sahip olmalıdır.
14. Ürüne ait Güvenlik Bilgi Formu dosyada sunulmalıdır.
15. Orijinal en az 2 en fazla 5 L'lik kilitli kapak ambalajında olmalı, ambalaj üzerinde ürünün kimyasal içeriği, üretim ve son kullanma tarihi, lot numarası yazmalıdır, kullanımla ilgili açıklamalar Türkçe yazılı olmalıdır.
16. Üretici firma tarafından ürün ile birlikte ürünün doğru kullanımı için 5 Bidon başına 1 adet hazneli doz pompası verilmelidir.
17. Ürün 93/42/EEC direktiflerine göre gereklilikleri sağlamalı ve ÜTS' de kayıtlı olduğu belgelendirilmelidir.
18. Ürün en az 2 (iki) yıl raf ömrüne sahip olmalıdır. Ürün hastaneye tesliminden sonra en az 18 ay miadı olmalıdır.
19. Numuneler ünitelerde çalışan sağlık personeline kullanılacaktır. Ürün seçiminde sağlık personelinin, ürüne uyumu ve ürün hakkındaki görüşleri dikkate alınacaktır.
20. Firma seyreltilmiş ürün litre maliyetini fiyat teklifinde belirtmelidir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif ürünün seyreltilmiş litre cinsinden birim fiyatı üzerinden değerlendirilecektir.
21. Muayene komisyonu, gerek duyması halinde Türkiye Halk Sağlığı Kurumu başta olmak üzere her seri için yeterli sayıda numune alarak masrafları firmaya ait olmak üzere analiz (mikrobiyal etkinlik, toksikolojik, kimyasal içerik, korozif etki vb.) için gönderebilecektir. Analiz nedeniyle eksilen stok firma tarafından tamamlanacaktır.

Prof. Dr. Mehmet DAŞKINLAR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Cerrahisi
Dip. Tes. No.: 106261 - 7159

Ayşer MERİÇ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi
Sorumlu Hemşire