

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

25/10/2024

İlan No : 2024-10-3924  
İstem No : 77566  
Alım No :  
Talep Eden Birim : Gastroenteroloji / Endoskopi  
Konu : SARF MALZEME ALIMI

AE

Talep Edilen Hasta :

**Son Teslim Tarihi & Saat : 01/11/2024 17:00:00**

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	GUIDE WIRE, ERCP, ZEBRA, DÜZ, HİDROFİLİK, YÜKSEK RADYOLOJİK GÖRÜNÜME SAHİP, 0.025", 450CM-480CM	30	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

**TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571  
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

BÜNYAMİN GÜLTEKİN  
Hastane Müdür Yrd.

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**

KLAVUZ TEL, GUİDE WIRE, ERCP, ZEBRA TEL, NİTİNOL, DÜZ, HİDROFİLİK 0,035" 450 CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Uç kısımları en az 65 mm fleksible hidrofilik kaplı olmalıdır. Açılı tipte olmalı istenilen model istenilen miktarda verilebilmelidir.
2. 0,035" (0,89 mm) çapında olmalıdır. Nikel titanyum ve uç kısmı platin olucak.
3. Üzerinden rahatça ERCP kateteri, NBD, taş ekstraksiyon balonu, biliyer dilatatör kaymalıdır.
4. Hidrofilik olmalıdır.
5. Opak madde tutmamalıdır.
6. En az 450 cm uzunluğunda olmalıdır.
7. Ardışık gelen iki renkten oluşmalıdır. Zebra klavuz tel endoskopik görüntü altında klavuz tel hareketlerinin görülmesini mümkün kılan farklı renklerde çizgili olmalıdır.
8. Zebra klavuz telin 3 veya 5cm'lik ucu esnek olmalıdır.
9. Zebra klavuz tel floroskopi altında yerini doğrulaması için kırılmayan platinum uçlu olmalıdır. Uç kısım siyah renkli olmalıdır. Yüksek radyoopak görünümüne ve kayganlığa sahip olmalıdır.
10. Steril orijinal ambalajda paketlenmiş olmalıdır. Son kullanma tarihi ve sterilizasyon yöntemi ambalaj üzerinde yazılı olmalıdır.
11. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz Satış Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini teklif dosyasında sunmalıdır.

Sevinç KARSI  
Gastroenteroloji Endoskopi Uzmanı  
SKRS

Prof. Dr. Orhan SEZGİN  
Mersin 81. Tıp Fakültesi  
İç Hastalıkları Gastroenteroloji Uz.  
Öğretim Üyesi Staj No.: 41349