

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

13/09/2024

İlan No : 2024-09-3309
İstem No : 76882
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIMI

AE

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 29/10/2024 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	REZİSTANS, OTOKLAV İÇİN	2	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

BÜNYAMİN GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

2. Kez Düşünyo Gikilmıştır.

OTOKLAV REZİSTANSI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Rezistans STERİS marka AMSCO ENVİSTER model otoklav cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2-Rezistas bağlantı uçları vidalı somunlu bağlantı tipinde olmalıdır.
- 3-Rezistans 380 V 16 KWA güç değerlerine sahip olmalıdır.
- 4-Rezistans en az 6(Altı) ay otoklav cihazının üreticisi ya da yetkilisi garantisinde olmalıdır.
- 5-Rezistans CE(Güvenlik) şartlarına uygun olmalıdır.

Nurettin DİNÇER
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Biyomedikal Tekniker

Nurettin DİNÇER
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Biyomedikal Tekniker

Ersin AKTAŞ
Elektrik Teknisyeni



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : OTOKLAV Marka : STERIS	
STERİLİZASYON ÜNİTESİ	Model : AMSCO ENVİSTER Seri No:9973 Demirbaş No: 253.3.5/17/9303	
	Garantili	Bakım Sözleşmeli
Tarih: 10.09.2024	Var [] Yok [X]	Var [X] Yok []

Arıza Özeti :

Cihaz gerekli ısıtmayı yapamadığı için gerekli testleri geçmemektedir. Yapılan inceleme sonrasında rezistaslarının değişimi gereklidir.

Gerekli Yedek Parçalar:

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
Ersin AKTAŞ Elektrik Teknisyeni	Nurettin DİNÇER Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Tekniker	Doc. Dr. Evren DEĞİRMENCI Mersin Üniversitesi Hastanesi Kordinatör

Açıklama :