

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

13/09/2024

İlan No : 2024-09-3312  
İstem No : 76900  
Alım No :  
Talep Eden Birim : Çocuk Nöroloji / Çocuk Nöroloji Polikliniği  
Konu : SARF MALZEME ALIM

AG

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 21/10/2024 15:00:00

| S.No | Malzeme Açıklaması        | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Tutar | Marka | UBB kodu | Tesl. Süresi (Gün) |
|------|---------------------------|--------|-------|-------------|--------------|-------|----------|--------------------|
| 1    | ELEKTROD, EEG CİHAZI İÇİN | 200    | Adet  |             |              |       |          |                    |

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

**Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

**TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571  
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR  
Hastane Müdürü

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**

Şartname Değişikliği Nedeniyle  
2. Kez İlan

## EEG ELEKTRODU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Elektrodların her biri en az 100 cm ve en fazla 200 cm uzunluğunda olmalıdır.
- 2-Elektrodlar 1 mm dişi uçlu olmalıdır.
- 3-Elektrod çapı en az 5 mm olmalıdır.
- 4-Elektrodlar altın olup oksitlenmeye karşı dayanıklı olmalıdır.
- 5-Elektrodlar eeg cihazında ki tablaya tam oturmalıdır.
- 6-Elektrodlar kurumumuzdaki NIHON KOHDEN marka cihazla %100 uyumlu ve orijinal olmalıdır.

Prof. Dr. Çetin ÇELİK  
Çocuk Nöroloji Hastaneleri  
Çocuk Nöroloji Uzmanı  
Dip. No: 2003  
Teş. No: 7567 1403-53759

Doç. Dr. Mustafa KİMÜR  
Mersin Ünlü Yasa Hastanesi  
Çocuk Nöroloji B.D.  
Dip. Sic. No.: MeÜ. 01.0545