

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

16/10/2024

İlan No : 2024-10-3812
İstem No : 77332
Alım No :
Talep Eden Birim : Protetik Diş Tedavisi / Protetik Diş Tedavisi
Konu : SARF MALZEME ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : **22/10/2024 17:00:00**

| S.No | Malzeme Açıklaması | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Tutar | Marka | UBB kodu | Tesl. Süresi (Gün) |
|------|--|--------|-------|-------------|--------------|-------|----------|--------------------|
| 1 | PORSELEN FREZİ | 300 | Adet | | | | | |
| 2 | ÇELİK SEPALE, DENTAL KULLANIM AMAÇLI | 300 | Kutu | | | | | |
| 3 | REZİN, PATTERN, DENTAL | 5 | Kutu | | | | | |
| 4 | HİDROFLORİK ASİT, %9.5 LİK, DENTAL KULLANIM AMAÇLI | 50 | Set | | | | | |
| 5 | PORSELEN SİLAN ŞİRİNGA, DENTAL KULLANIM AMAÇLI | 25 | Adet | | | | | |
| 6 | PORSELEN&ZİRKONYUM MAKYAJ SETİ, DENTAL | 3 | Adet | | | | | |

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır. TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

1. PORSELEN FREZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Her türlü piyasemene uygun olabilecek şekilde porselen aşındırmada kullanılabilirdir.
2. Porselen aşındırmak için elmas grenli olmalı,
3. Elmas kaplı bölüm ile paslanmaz çelik gövde arasında olan dairesel boşlukta frezin özelliğini gösteren renkleri bulunmalıdır.
4. Elmas grenleri belirgin ve parlak olmalıdır.
5. Disposable olmayacak (birden fazla kullanılabilir), otoklav sterilizasyonuna dayanıklı olmalıdır.

2. ÇELİK SEPARE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Çelikten imal edilmiş olmalı
2. Bir yüzü aktif çelik separe olmalı
3. 1'lik poşette olmalıdır.

3. REZİN, PATTERN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün model için akrilik reçinesi olmalıdır.
2. Ürün en az büzülmeye sahip olmalı ve kolay düzeltilebilmelidir.
3. Ürün sert ve dayanıklı olmalıdır.
4. Ürün teleskop kron, Maryland köprü, inley modellemede ve implant üst yapılarında kullanılabilirdir.
5. Ürün fırça tekniği ile kullanım için özel geliştirilmiş olmalıdır.
6. Kalıntı bırakmamalı temiz döküm yüzeyi sağlamalıdır.
7. Ürün ağız içinde kullanılabilirdir.
8. Ürün Metil metakrilat -Methoxyethyl methacrylateetil-etil metakrilat-Dibenzoilperoksit-içermelidir.
9. Ürünün ambalaj şekli en az 100 gr tozdan ve en az 105 ml likitten ve çalışma aksesuarlarından oluşmalıdır.
10. Çalışma süresi 3 dakika, sertleşme süresi 4 dakika toplamdadır.

Dr. Öğr. Üyesi Özgür Ozan TANRIKUT
M.H.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi
Protetik Diş Tedavisi A.B.D. Öğretim Üyesi
Tic. Sic. No: 38053
Tic. Sic. No: 152742

Prof. Dr. Fethi ATIL
Dekan

11. Ürünün polimerizasyon büzülmesi 24 saat sonra en fazla % 0,37 olmalıdır.
12. Esneme kuvveti 63 MPa olmalıdır
13. Ürünün orijinal ambalajının üzerinde rengi, gramajı, son kullanma tarihi ve üretici firma bilgisi yer almalıdır.
14. Ürünün raf ömrü en az 24 ay olmalıdır
15. Ürünün özelliklerini ve kullanım şeklini anlatan Türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır.
16. Ayrıca ürüne ait tüm bilgiler üretici firmanın orijinal broşüründen veya üretici firmanın web sitesinden veya yapılmış olan bilimsel çalışmalarla kanıtlanabilmelidir ve bu belgelerin herhangi biri teklifle birlikte sunulmalıdır.
17. Ürünün MSDS olmalıdır.
18. Ürün Sağlık Bakanlığında onaylı olmalıdır.
19. Numune verilecektir ve numune deneme sonucu kurumun beğenisi doğrultusunda alımına karar verilecektir.

4. HİDROFLORİK ASİT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Porselen, porselen-metal ve porselen-porselen tamir uygulamaları için uygun olmalıdır.
2. İntraoral veya ekstraoral olarak porselen asitleme işlemi için tasarlanmıştır. Veneer, inley, vs. gibi indirekt restorasyonların klinikte asitlenmesi için kullanılmalıdır.
3. 1 adet 1.2ml hidroklorik asit şırınga bulunmalıdır.
4. Viskoz, kontrollü ve uygulaması kolay kıvamda olmalıdır.
5. Tamponlanmış %9 konsantrasyonda hidroklorik asit içermelidir.
6. Ürün CE belgesine sahip olmalıdır.

5-PORSELEN SİLAN ŞIRINGA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tüm yüzeyler için tek bir astar malzemesi olarak kullanıma uygun olmalı, tüm restorasyonlarda stabil bir bağlantı sağlamalıdır. Astara herhangi bir silan eklenmeden bağlanma, yapışma stabilitesi sağlamalıdır.
2. Primer mükemmel yapışmayı sağlamak için üç farklı kimyasal madde içermelidir. Bir bağlama maddesi yerine evrensel bir primere silan ilave edilerek yapışma stabilitesi sağlanmış olmalı ayrıca MDP-MDTP içermelidir.

Dr. Öğr. Üyesi Özgür Ozan TANRIKUT
M.F.İ. Diş Hekimliği Fakültesi
Protetik Üst Tedavisi A.B.D. Öğretim Üyesi
Dip. Tes. No: 38057
Uzm. Tes. No: 132742

Prof. Dr. Fethi ATIL
Dekan

3. -Silan, cam seramiklere, lityum disilikat, hibrit seramiklere ve kompozitlere yapışmalı :
- MDP zirkonya, alümina ve kıymetsiz metallere yapışmayı sağlamalı;
- MDTP değerli metallere güçlü bir yapışma sağlamalıdır.
4. Her türlü restorasyon: İnceleyler, onleyler, overlayler ,kronlar ve köprüler
veneerler ,akrilatlar hariç her türlü alt yapılar ; metal / PFM ,feldspatik seramikler ,lösit ile güçlendirilmiş seramikler ,lityum disilikat ,elyaf takviyeli reçineler ,hibrit seramikler ,zirkonya / alümina tüm yüzeyler için tek bir astar zamanla sabit bir yapışma sağlamalıdır.
5. Ambalajı 5 ml. plastik şişede olmalıdır
6. Ürünün raf ömrü en az 24 ay olmalıdır .
7. Oda sıcaklığında saklanabilmelidir 4-25°C .
8. Ürünün orijinal ambalajının üzerinde rengi, gramağı, son kullanma tarihi ve üretici firma bilgisi yer almalıdır.
9. Ürünün özelliklerini ve kullanım şeklini anlatan Türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır.
10. Ayrıca ürüne ait tüm bilgiler üretici firmanın orjinal broşüründen veya üretici firmanın web sitesinden veya yapılmış olan bilimsel çalışmalarla kanıtlanabilmelidir ve bu belgelerin herhangi biri teklifle birlikte sunulmalıdır.
11. Ürünün MSDS olmalıdır.
12. Ürün Sağlık Bakanlığında onaylı olmalıdır.
13. Numune verilecektir ve numune deneme sonucu kurumun beğenisi doğrultusunda alımına karar verilecektir.

6. PORSELEN & ZİRKONYUM MAKYAJ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tüm Porselen grupları, Zirkonya ve LDS materyallerine uyumlu; derinlik, şeffaflık amacıyla kullanılabilen, mikroyığı ve modifiye seti olmalıdır.
2. Materyal ile Zirkonya ve LDS bloklara hem Mikroyığı hem de karakterizasyon yapılabilmelidir.
3. Monolitik zirkonyaya ve lityum disilikat bloklarda kullanılabilir olmalıdır.
4. Set içeriğindeki pasta kıvamlı ürünlerin termal genişleme katsayısı 6,9 ve 13,3 aralığında olabilmelidir. Geleneksel glaze gerek kalmadan uygulanabilmeli, geleneksel glaze'in yerine geçmelidir.
5. Seti içeriğindeki makyaj ürünlerinin toplam gramı en az 56 gr ve pasta formunda olmalıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Özgür Ozan TANRIKUT
MEÜ Diş Hekimliği Fakültesi
Protetik Diş Tedavisi A.B.D. Öğretim Üyesi
Dip. Tel: No: 382 222
Üznl. Tel: No: 432 742

Prof. Dr. Fethi ATIL
Dekan

6. İçindeki renkler: Neutral, Value, 4 Body rengi (A,B, C, D) ve 8 adet efekt rengi (Vanilya, Beyaz, Açık gri, Koyu Gri, Açık Mavi, Koyu Mavi, Insizo, Yeşil ve Value (Mat renk)) bulunmalıdır.
7. Set içeriğindeki Mikroyıgım materyalleri auto-glaze özelliğine sahip olmalıdır ve en az dentin, şeffaf, diş eti renkleri bulunmalıdır.
8. Setin içeriğinde porselen içine ve dışına da uygulanabilen, toz makyaj sistemi yer almalıdır.
9. Setin içinde renklerin yanında seyreltme likiti, tazeleme likiti ve texture likiti çıkmalıdır.
10. Oda sıcaklığında saklanabilmelidir.
11. Ürünün raf ömrü en az 24 ay olmalıdır.
12. Ürünün özelliklerini ve kullanım şeklini anlatan türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır
13. Ürünün MSDS olmalıdır.
14. Ürün Sağlık Bakanlıđından onaylı olmalıdır.
15. Numune verilecektir ve numune deneme sonucu kurumun beğenisi doğrultusunda alımına karar verilecektir.

Dr. Öğr. Üyesi Özgür Ozan TANRIKUT
MEÜ Diş Hekimliği Fakültesi
Protetik Diş Tedavisi A.B.D. Öğretim Üyesi
Diy. Tes. No: 38056
Uzm. Tes. No: 192742

Prof. Dr. Fethi ATIL
Dekan