

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

18/10/2024

İlan No : 2024-10-3838  
İstem No : 77419  
Alım No :  
Talep Eden Birim : Göz Hastalıkları / Göz Hast. Pol. 2  
Konu : SARF MALZEME ALIMI

Talep Edilen Hasta :  
Son Teslim Tarihi & Saat : 25/10/2024 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	RİBOFLAVİN SOLÜSYONU, HİPOTONİK	5	Adet					
2	RİBOFLAVİN SOLÜSYONU, İZOTONİK	10	Adet					
3	TAMPON GAZI, İNTRAVİTREAL, C3F8	5	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur,Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alınma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

**TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

**İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598**

**Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr**

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin Gültekin  
Hastane Müdür Yrd.

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**

## 1. RİBOFLAVİN SOLÜSYONU, HİPOTONİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Riboflavin keratonokusun ilerlemesini durdurmak için yapılan corneal crosslinking uygulaması sırasında kullanılmalıdır.
2. Her bir ürün ışık geçirmeyen ambalajlarda steril olmalı her ambalajın içerisinden steril kanül çıkmalıdır.
3. Riboflavinler Hipotonik özellikli, en az 1,5ml olmalıdır. Ürün dextran içermemelidir. Hipotonik riboflavinin 100 ml içerisinde en az 0.1 g Riboflavin, bulunmalıdır.
4. Ürünlerin barkod ya da kontör sistemi olmamalıdır. Barkod ve kontör sistemi olmayan her crosslinking cihazı ile uyumlu çalışabilmelidir.


## 2. RİBOFLAVİN SOLÜSYONU, İZOTONİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Riboflavin keratonokusun ilerlemesini durdurmak için yapılan corneal crosslinking uygulaması sırasında kullanılmalıdır.
2. Her bir ürün ışık geçirmeyen ambalajlarda steril olmalı her ambalajın içerisinden steril kanül çıkmalıdır.
3. İzotonik riboflavinler en az 1.5 ml olmalıdır. Ürün dekstran içermemelidir. 100 ml içinde en az 0,1 g riboflavin içermelidir.
4. Korneayı inceltmemek için Hidroksipropilmetilseluloz (HPMC) içermelidir. 100 ml içinde 1.1 g Hidroksipropilmetilseluloz (HPMC) riboflavin içermelidir
5. Ürünlerin barkod ya da kontör sistemi olmamalıdır. Barkod ve kontör sistemi olmayan her crosslinking cihazı ile uyumlu çalışabilmelidir.

## 3. TAMPON GAZI, İNTRAVİTREAL, C3F8 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Vitreoretinal ameliyatlarda göz içi tamponat olarak kullanılmalıdır.
2. İçeriğinde Octafluoropropane bulunmalı ve saf gaz olmalıdır
3. Yüksek saflık oranına sahip olmalıdır.
4. Yüksek yüzey gerilimine sahip olmalıdır
5. Paket edilen oksit ile steril edilmiş olmalıdır.
6. Basınç değişimlerine karşı koymak için altı tabakalı kese içeren silindirlerde paketlenmelidir.
7. Silindir içindeki gaz miktarı 75 ml. Olmalıdır
8. Silindir içindeki gaz çok kullanımlı olmalıdır ve bu ürün kutusu üzerinde (etiket şeklinde olmayacak) ürün prospektüsünde orijinal baskı olarak açıkça belirtilmelidir.
9. Ürün kutusu üzerinde uluslararası tek kullanım işareti (2) varsa ürün çok kullanım olarak kabul edilmeyecektir
10. Oda sıcaklığında saklanabilmelidir.
11. Pakette önceden monte edilmiş 0.2µm sterilizasyon filtresi, konektör ve 30 G kanülden oluşan şırınga, etiketler ve hasta güvenliği için bileklik bulunmalıdır..

  
Dr. Üyesi ÖZER DURSUN  
Sakarya Üniversitesi Hastanesi  
Göz  
No: 133400

  
Dr. Ayşe YILMAZ  
Mardin Üniersitesi Hastanesi  
Göz Hastalıkları  
No: 133400