

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

16/10/2024

İlan No : 2024-10-3823
İstem No : 77460
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIMI

GT

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 22/10/2024 17:00:00

| S.No | Malzeme Açıklaması | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Tutar | Marka | UBB kodu | Tesl. Süresi (Gün) |
|------|--|--------|-------|-------------|--------------|-------|----------|--------------------|
| 1 | BATARYA, PHILLIPS, DFM100, DEFİBİLATOR UYUMLU | 1 | Adet | | | | | |
| 2 | BATARYA, PHILLIPS, HEART START XL DEFİBİLATOR UYUMLU | 1 | Adet | | | | | |

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Büyüamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



| | | | | |
|------------------------|------------------------------|-----------|------------------|-----------|
| Arızayı Bildiren Bölüm | Cihaz : Defibrilatör | | | |
| Göğüs Cerrahi Servisi | Marka : Philips | | | |
| | Model : Heart Start XL+ | | | |
| | Seri No:US51413017 | | | |
| | Demirbaş No:253.3.5/14/11794 | | | |
| | Garantili | | Bakım Sözleşmeli | |
| Tarih: 14.10.2024 | Var [] | Yok [X] | Var [] | Yok [X] |

Arıza Özeti :

Cihazın bataryası şarj tutmamaktadır. Yapılan kontrollerde bataryanın yenisi ile değişimi gereklidir.

Gerekli Yedek Parçalar:

| Teknik Servis Personeli | Birim Sorumlusu | Onay |
|--|---|---|
| Ersin AKTAS Elektrik Teknisyeni | Mersin Üniversitesi Hastanesi Nurettin DINCER Biyomedikal Sorumlusu | Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI Mersin Üniversitesi Hastanesi Koordinatör |

Açıklama :



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



| | | |
|------------------------|--|------------------------|
| Arızayı Bildiren Bölüm | Cihaz : Defibrilatör Marka : Philips Model : Dfm 100 Seri No:CN32604232 Demirbaş No:253.3.5/15/12256 | |
| Kalp Damar Yoğun Bakım | Garantili | Bakım Sözleşmeli |
| | Var [] Yok [X] | Var [] Yok [X] |
| Tarih: 14.10.2024 | Var [] Yok [X] | Var [] Yok [X] |

Arıza Özeti :

Cihazın bataryası şarj tutmamaktadır. Yapılan kontrollerde bataryanın yenisi ile değişimi gereklidir.

Gerekli Yedek Parçalar:

| Teknik Servis Personeli | Birim Sorumlusu | Onay |
|--|---|--|
| Ersin AKTAŞ Elektrik Teknisyeri | Mersin Üniversitesi Hastanesi Nurettin DİNCER Biyomedikal Sorumlusu | Doç. Dr. Evren BEÇİRMENCI Mersin Üniversitesi Hastanesi Kordinatör |

Açıklama :

BATARYA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

2. Teklif edilen batarya Philips marka Heart start xl + defibrilatör cihazlarında kullanıma uygun olmalıdır.
3. Teklif edilen batarya çok kullanımlık özellikte olmalıdır.
4. Batarya üstünde özelliklerinin yazılı olması, meşeyi vb. bilgisi yazılı olacaktır.
5. CE standardı olmalıdır.
6. Teklif edilen ürün istenilen özellikte olup olmadığı denenecek ve uygunluğu sonra verilecektir.

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Nurettin DİNCER
Biyomedikal Sorumlusu

Ersin AKTAŞ
Elektrik Teknisyeni