

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

24/10/2024

İlan No : 2024-10-3905  
İstem No : 77529  
Alım No :  
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis  
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

Talep Edilen Hasta :  
Son Teslim Tarihi & Saat : 01/11/2024 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ULTRASON KARTI, CHATTANOOGA UYUMLU	2	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur,Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

**Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

**TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

**İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598**

**Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr**

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin Gültekin  
Hastane Müdür Yrd.

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**

## ULTRASON KARTI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ultrason kartı, Chattanooga marka, 2776 model mobil ultrason cihazına uyumlu olmalıdır.
2. Ultrason kartı, cihaza takılı olan ultrason başlığını çalıştırmak için 1MHz veya 3MHz çıkış üretmelidir.
3. Ultrason kartı üzerinde, kontrol kartına erişim sağlayacak şerit kablonun takılabilmesi için soket bulunmalıdır.
4. Ultrason kartı, kalibrasyon gerektirmemelidir.
5. Ultrason kartı, orjinal olmalıdır.
6. Ultrason kartı, kullanılmamış olmalıdır.
7. Ultrason kartı, fabrikasyon üretim hatalarına karşı fatura tarihinden itibaren 6 ay garantili olmalıdır.
8. Ultrason kartı temini yapılacak firma, üreticisi tarafından tek yetkilendirilmiş olmalıdır.

  
Selman ÖCAL  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Biyomedikal Tekniker

  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Nurettin DİNCER  
Biyomedikal Sorumlusu