

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

01/11/2024

İlan No : 2024-11-3985  
İstem No : 77563  
Alım No :  
Talep Eden Birim : Gastroenteroloji / Endoskopi  
Konu : SARF MALZEME ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 07/11/2024 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	STENT, ÖZEFAGUS, METAL, TAM KAPLI, 4CM	5	Adet					
2	STENT, ÖZEFAGUS, METAL, TAM KAPLI, 6CM	5	Adet					
3	STENT, ÖZEFAGUS, METAL, TAM KAPLI, 8CM	5	Adet					
4	STENT, ÖZEFAGUS, METAL, TAM KAPLI, 10CM	5	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
  - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
  - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
  - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
  - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
  - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
  - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
  - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
  - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

**TESLİMAT SÜRESİ, UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

**İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598**

**Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr**

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin Gültekin  
Hastane Müdür Yrd.

STENT, ÖZEFAGUS, METALİK, TAM KAPLI, 4 CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Stentin açık haldeki çapı 20 mm olmalıdır.
2. Stentin açık haldeki boyu 4 cm olmalıdır.
3. Katater uzunluğu 210-230 cm olmalıdır.
4. Katater çalışına uzunluğu 190-200 cm olmalıdır.
5. Stent telleri skopi altında rahatça görülebilmelidir.
6. Stent en az  $\frac{3}{4}$  'üne kadar açıldıktan sonra tekrar kapatılabilmelidir.
7. Radyal gücü yeterince kuvvetli olmalıdır.
8. Self ekspandable olmalıdır.
9. Katater üzerinde 4 adet radyoopak marker olmalıdır.
10. Katater içinden 0.035'lik kılavuz tel geçebilmelidir.
11. Stent, içinden tümör girişini önleyen malzeme ile kaplı olmalıdır, bu malzeme stentin iç kısmında olmalıdır.
12. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz Satış Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini teklif dosyasında sunmalıdırlar.

Sevma Karşı  
Gastroenteroloji endoskopi Ünitesi  
SKK

Prof. Dr. Orhan SEZGİN  
Meds. Üniv. Tıp Fakültesi  
İç Hast. ve Gastroenteroloji Uzmanı  
Dış. No: 8254 Sicil No: 413

STENT, ÖZEFAGUS, METALİK, TAM KAPLI, 6 CM TEKNİK ŞARTNAMESİ


1. Stentin açık haldeki çapı 20 mm olmalıdır.
2. Stentin açık haldeki boyu 6 cm olmalıdır.
3. Katater uzunluğu 210-230 cm olmalıdır.
4. Katater çalışına uzunluğu 190-200 cm olmalıdır.
5. Stent telleri skopi altında rahatça görülebilmelidir.
6. Stent en az  $\frac{3}{4}$  'üne kadar açıldıktan sonra tekrar kapatılabilmelidir.
7. Radyal gücü yeterince kuvvetli olmalıdır.
8. Self ekspandable olmalıdır.
9. Katater üzerinde 4 adet radyoopak marker olmalıdır.
10. Katater içinden 0.035'lik kılavuz tel geçebilmelidir.
11. Stent, içinden tümör girişini önleyen malzeme ile kaplı olmalıdır, bu malzeme stentin iç kısmında olmalıdır.
12. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz Satış Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini teklif dosyasında sunmalıdırlar.

Gastroenteroloji  
Sevna KARSI  
Endoskopi Ünitesi

Prof. Dr. Oğkan SETCİN  
Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi  
Diyadin: 8341 900 000

STENT, ÖZEFAGUS, METALİK, TAM KAPLI, 8 CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Stentin açık haldeki çapı 20 mm olmalıdır.
2. Stentin açık haldeki boyu 8 cm olmalıdır.
3. Katater uzunluğu 210-230 cm olmalıdır.
4. Katater çalışına uzunluğu 190-200 cm olmalıdır.
5. Stent telleri skopi altında rahatça görülebilmelidir.
6. Stent en az  $\frac{3}{4}$  'üne kadar açıldıktan sonra tekrar kapatılabilmelidir.
7. Radyal gücü yeterince kuvvetli olmalıdır.
8. Self ekspandable olmalıdır.
9. Katater üzerinde 4 adet radyoopak marker olmalıdır.
10. Katater içinden 0.035'lik kılavuz tel geçebilmelidir.
11. Stent, içinden tümör girişini önleyen malzeme ile kaplı olmalıdır, bu malzeme stentin iç kısmında olmalıdır.
12. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz Satış Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini teklif dosyasında sunmalıdırlar.

Gastroenteroloji Endoskopi Ünitesi  
Serhan Karfi  


  
Prof. Dr. Orhan SERGIN  
Gastroenteroloji Endoskopi Ünitesi  
Tıbbi Cihaz Satış Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereği

STENT, ÖZEĞAGUS, METALİK, TAM KAPLI, 10 CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Stentin açık haldeki çapı 20 mm olmalıdır.
2. Stentin açık haldeki boyu 10 cm olmalıdır.
3. Katater uzunluğu 210-230 cm olmalıdır.
4. Katater çalışına uzunluğu 190-200 cm olmalıdır.
5. Stent telleri skopi altında rahatça görülebilmelidir.
6. Stent en az  $\frac{3}{4}$  'üne kadar açıldıktan sonra tekrar kapatılabilmelidir.
7. Radyal gücü yeterince kuvvetli olmalıdır.
8. Self ekspandable olmalıdır.
9. Katater üzerinde 4 adet radyoopak marker olmalıdır.
10. Katater içinden 0.035'lik kılavuz tel geçebilmelidir.
11. Stent, içinden tümör girişini önleyen malzeme ile kaplı olmalıdır, bu malzeme stentin iç kısmında olmalıdır.
12. Tıbbi Cihaz Yönetmeliđi, Vücuda Yerleřtirilebilir Aktif Cihaz Yönetmeliđi, Vücut Dıřında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Cihazları Yönetmeliđi kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz Satıř Reklam ve Tanıtım Yönetmeliđi geređi Satıř Merkezi Yetki Belgesini teklif dosyasında sunmaladırlar.

Gastroenteroloji Endoskopi Sınıfı  
Sevime KARSI  
EKRSI

Prof. Dr. Orhan SEZGİN  
Tıbbi Cihazlar Yönetmeliđi Uzmanı  
E-Posta: sezgin@medtronic.com.tr  
Sicil No: 22214 Sicil No: 41340