

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

25/10/2024

İlan No : 2024-10-3916
İstem No : 77567
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : SARF MALZEME ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 01/11/2024 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	SONDA, FOLEY, SİLİKOLATEX, 2 YOLLU, NO:16	4000	Adet					
2	SONDA, NAZOGASTRİK, 14FR	1000	Adet					
3	SONDA, NELATON, 08FR	10000	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Büyüamin Gültekin

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

1-SONDA, FOLEY, SİLİKOLATEX, 2 YOLLU NO:16 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün %100 silikolateks malzemeden üretilmiş, düz uçlu ve iki yollu olmalıdır.
2. Radyopak çizgisi ve plastik luer-lock valfi olmalıdır.
3. Kateter uzunluğu 42 ± 4 cm olmalıdır.
4. Travma oluşturmayacak yumuşaklıkta olmalıdır.
5. Standart idrar toplama torbasına uygun olmalıdır.
6. Aynı bir lümeden check valf mekanizmalı şişirilebilen balona sahip olmalıdır.

Prof. Dr. Erdem AKBAY
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Uroloji A.B.D.
Bip. Tes. No.: 6085-37855

Prof. Dr. Hasan Erdal DÖRÜK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Uroloji A.B.D.
Uz. Tesci No.: 40252-55177 Dip. No.: 1284

2-SONDA, NAZOGASTRİK, 14FR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bükülmeye dirençli, kolay yerleştirilmeyi sağlayan sertlikte olmalıdır.
2. Non Toksik ve ajirojen özellikte Tıbbi PVC'den üretilmelidir.
3. Kateter en az 121cm uzunluğunda olmalıdır.
4. Kateter üzerinde derinlik ölçmeyi sağlayan çizgiler/numaralar olmalıdır.
5. Uç kısmı açık yuvarlatılmış ve atravmatik olmalıdır.
6. Uç kısmına yakın yerleştirilmiş doku emilimini engelleyen 4 adet delik bulunmalıdır.
7. Boyutları kolayca tanımlayan renk kodlu konnektör bulunmalıdır.
8. Konnektör konik şekilde olmalıdır.
9. Konnektör ucu çam uçlu enjektör ve idrar torbası ile uyumlu olmalıdır.
10. Steril ve tekli paketlerde ambalajlanmış olmalıdır.

3-SONDA, NELATON 08FR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Nontoksik ve ajirojenik özellikte Tıbbi PVC'den üretilmelidir.
2. Sonda konektörden sonra en az 34cm. uzunluğunda şeffaf, tek kullanımlık ve steril paketlerde olmalıdır.
3. Sondanın açık uç kısmı atravmatik olması için yuvarlatılmış ve uygun aspirasyon için kenarlarında müly uç tanımına uyacak şekilde 2 adet simetrik delikli olmalıdır.
4. Kateterin aspiratöre bağlanan ucu dünya standartlarına renk kodu sistemine uygun farklı renklerden oluşmalıdır.
5. Tahriş edici sertlikte olmamalı, bükülmeye dirençli, kolay yerleştirilmeyi sağlayan sertlikte olmalıdır.
6. Konnektör konik şekilde olmalıdır.
7. Giriş kolaylığı sağlaması amacıyla buzlandırılmış bir yüzeye sahip olmalıdır.
8. Oral veya nazal kullanıma uygun olmalıdır.

Uzm. Hemş. Abdullah Avcı
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başhemşire Yardımcısı

Uzm. Hemş. Fulya YILDIRIM
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başhemşire Yardımcısı