

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

25/10/2024

İlan No : 2024-10-3917  
İstem No : 77576  
Alım No :  
Talep Eden Birim : Hemodiyaliz / Hemodiyaliz A Odası  
Konu : YEDEK PARÇA ALIMI

FEB

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 01/11/2024 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	FİLTRE, SANAL ULTRA FİLTRE, HEMODİYALİZ CİHAZI İÇİN	12	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
  - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
  - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
  - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
  - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
  - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
  - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
  - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
  - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

**TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

**İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598**

**Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr**

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin Gültekin

Hastane Müdür Yrd.

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**

## HEMODİYALİZ CİHAZI İÇİN SANAL ULTRA FİLTRE (EQUILIBRATION CHAMBER) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Chamber silindir şeklinde olmalıdır.
- 2.Pvs malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- 3.İki adet bağlantı yeri ve su geçe bilmesi için kanal bulunmalıdır.
- 4.Ürün fresenius 4008 S cihaza uygun olmalıdır.
- 5.Steril yapıda olmalıdır.
- 6.Ürün cihazda kalibrasyon arızası ve modüler yapıyı bozmayacak durumda olmalıdır.
- 7.Ürün darbe ve sıcaklık durumlarına karşı sağlam yapıda olmalıdır.
- 8.Ürün 2 yıl garantili olmalıdır.

**Halil Rahman EREN**  
Diyaliz Teknikeri

Prof. Dr. Ahmet Alper KIYNIM  
MED Sağlık Araştırma  
ve Uygulama Merkezi  
İz. Hast. Nefroloji  
Dip. Tas. No: 86744