

**T.C.**  
**MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ**

**TEKLİF İSTEME FORMU**

01/11/2024

İlan No : 2024-11-3997  
İstem No : 77683  
Alım No :  
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis  
Konu : YEDEK PARÇA ALIMI

6↑

Talep Edilen Hasta :  
Son Teslim Tarihi & Saat : 07/11/2024 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KAPI CONTASI, STERİS OTOKLAV İÇİN	8	Adet					
2	HAVA FİLTRESİ, STERİS OTOKLAV İÇİN	1	Adet					
3	KONDENSTOP, STERİS OTOKLAV İÇİN	2	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
  - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
  - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
  - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
  - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
  - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
  - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
  - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
  - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur,Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

**TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

**İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598**

**Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr**

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

**Bünyamin GÜLTEKİN**  
Hastane Müdür Yrd.

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**

### KONDENSTOP TEKNİK ŞARTNAMESİ ✓

- 1-Malzeme, STERİS marka AMSCO ENVİSTER model otoklav cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2-Malzeme, orijinal ambalaj paketinde olmalıdır.
- 3-Malzeme, CE(Güvenlik) esaslarına uyumlu olmalıdır.
- 4-Malzeme en az 6(Altı) ay cihazın üretici ya da yetkili firması garantisinde olmalıdır.
- 5-Malzeme cihazın orijinal üreticisi tarafından üretilen kondenstop olmalıdır.

### OTOKLAV KAPI CONTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ ✓

- 1-Conta, Steris marka Envister model otoklav cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2-Conta, 134 derece ısıya dayanıklı özellikte olmalıdır.
- 3-Conta, CE(Güvenlik) şartlarına uygun olmalıdır.
- 4-Conta, orijinal ambalaj paketinde olmalıdır.
- 5-Conta, cihazda denendikten sonra uygunluk verilecektir.
- 6-Conta, cihazın orijinal üreticisi tarafından üretilen conta olmalıdır.

### STERİL HAVA FİLTRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ✓

- 1-Filtre, Steris marka Envister model otoklav cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2-Filtre orijinal ambalaj paketinde olmalıdır.
- 3-Filtre CE(Güvenlik) esaslarına uyumlu olmalıdır.
- 4-Filtre en az 6(Altı) ay cihazın üretici ya da yetkili firması garantisinde olmalıdır.
- 5-Filtre cihazın orijinal üreticisi tarafından üretilen filtresi olmalıdır.

**Selman ÖZAL**  
Mersin Üniversitesi Hastanesi,  
Biyomedikal Tekniker

Mersin Üniversitesi Hastanesi  
**Nurettin DİNCER**  
Biyomedikal Sorumlusu